



di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA DI II LIVELLO

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri  
tel. 0824.57543 – fax 0824.57572  
e-mail [laura.alfano@ao-rummo.it](mailto:laura.alfano@ao-rummo.it)  
pec: [ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it)

**AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”**  
**BENEVENTO**  
**OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)**  
**VIA DELL’ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111**

**ESTRATTO VERBALE DI GARA N°3 DEL 09/03/2021**  
**Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016**

***AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA ANNUALE DI  
PIASTRE PER DEFIBRILLATORE FASC. ALFA 15/2020***

L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di MARZO, presso gli uffici dell’Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad. “Direzione e Servizi Generali”) dell’Azienda Ospedaliera San Pio Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso, come risulta dal VERBALE DI GARA N°1 **DEL 14/04/2020**

- **che** con nota prot.1050 del 13/01/2020 il direttore UOC Farmacia ha trasmesso prospetto di consumo delle piastre per defibrillatori 2019;

-**che** con nota prot. 7435 del 09/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sul sito A.O.San Pio-Sez Bandi di Gara e Contratti, dell’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO per la fornitura de qua, al fine di verificare la disponibilità sul mercato, da parte di diverse ditte, di fornire quanto di seguito descritto:

DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.TA'
PIASTRA MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE CARDIOVERSIONE PADZ (8900-0402)	28
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PER MEDTRONIC-PHYSIOCONTROL/CARDIOLINE (F7952)	10
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PER NIHON KODEN/WELCH ALLYN/INNOMED/ FIAB C/CARDIOVERSION ( F7955)	12
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PER NIHON KODEN/WELCH ALLYN/INNOMED/ FIAB/DRAEGER CAVO	24

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628  
[www.ao-sanpio.it](http://www.ao-sanpio.it) – [protocollo@pec.ao-sanpio.it](mailto:protocollo@pec.ao-sanpio.it)

**Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”**  
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

EST(F7955W)	
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PHILIPS/LAEDAR MEDICAL/AGILENT/(F7950)	480

-**che** a mezzo PEC, all'indirizzo [ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it), entro il termine del 19.03.2020, sono pervenute n.2 istanze di partecipazione corredate dalla documentazione amministrativa richiesta;

-**che** con nota prot. 8866 e 8867 si è proceduto alla richiesta alle n. 2 ditte di produrre entro il termine del 10/04/2020, offerta tecnica e offerta economica in N. 2 buste chiuse e sigillate;

-**che**, entro il termine stabilito sono pervenute le offerte e che si è proceduto all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa prodotta e, successivamente all'apertura del plico contenete la documentazione tecnica che si provveduto a trasmettere alla UOC Ingegneria Clinica e al Direttore UOC Farmacia;

Come risulta dal **VERBALE DI GARA N°2 DEL 03/03/2021**:

**Letto** il Verbale del 24/02/2021, a firma congiunta dell'Assistente Tecnico P.I. Furno e del Collaboratore Tecnico Ing. Mancaniello, relativa alla procedura di gara in oggetto, dalla quale risulta, rispetto all'analisi delle offerte tecniche presentate, quanto segue:

Fornitori: CardinalHealth e Fiab.

*"I presidi offerti da entrambe le ditte risultano essere prodotti compatibili con i defibrillatori indicati in GARA e presentano attestazione di equivalenza funzionale con piastre originali emessa da ente esterno; essendo prodotti compatibili si riporta quanto esplicitato nelle richieste di chiarimento dove si dichiara che " le piastre compatibili debbono essere certificate in classe Iib, ossia certificate da ente terzo e non autocertificate e che dall'offerta di piastre compatibili debba essere allegata attestazione di equivalenza funzionale con piastre originali emesso da ente esterno."*

Alla luce di questo chiarimento, e dall'analisi della documentazione presentata emerge che:

- il prodotto proposto da CardinalHealth risulta non conforme in quanto la stessa ditta dichiara la conformità alla Direttiva UE 93/42/CEE come dispositivo di Classe I e non alla Classe Iib certificata da ente terzo come specificato nei chiarimenti;
- i presidi offerti dalla Fiab risultano pienamente rispondenti e conformi a quanto richiesto, il produttore dichiara la conformità alla classe Iib riportando numero del certificato ed ente certificatore terzo, tale certificato non risulta presente negli atti di gara.

Che pertanto alla luce delle risultanze del verbale di cui innanzi, si è proceduto a comunicare alla ditta CardinalHealth le motivazioni della esclusione dalla procedura de qua e alla ditta Fiab la trasmissione del documento dell'Ente che ha certificato l'appartenenza dei dispositivi alla classe Iib;

Posto che la ditta Fiab ha trasmesso il certificato dell'ente terzo che ha certificato l'appartenenza dei dispositivi alla classe Iib, che è stato confermato anche dell'Assistente Tecnico P.I. Furno UOC Ingegneria Clinica, alla cui attenzione è stato sottoposto;

Premesso quanto innanzi, in data odierna si è proceduto all'apertura della offerta economica prodotta dalla ditta Fiab SPA, dalla quale risulta quanto di seguito descritto:

<u>DESCRIZIONE PRODOTTO</u>	<u>Q.TA'</u>	<u>COD</u>	<u>CND</u>	<u>RDM</u>	<u>PREZZ O UNIT</u>	<u>TOT</u>
PIASTRA MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE CARDIOVERSIONE PADZ (8900-0402)	28					NON OFFERTO
PIASTRA PER ADULTI	10	F7952	C020401	617849	11,40	114,00

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628  
[www.ao-sanpio.it](http://www.ao-sanpio.it) – [protocollo@pec.ao-sanpio.it](mailto:protocollo@pec.ao-sanpio.it)

**Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

DEFIBRILLATORE PER MEDTRONIC- PHYSIOCONTROL/CARDIOLI NE (F7952)							
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PER NIHON KODEN/WELCH ALLYN/I NNOMED/ FIAB C/CARDIOVERSION ( F7955)	12	F7955	C020401	617872	11,40	136,8	
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PER NIHON KODEN/WELCH ALLYN/INNOMED/ FIAB/DRAEGER CAVO EST(F7955W)	24	F7955W	C020401	577254	11,40	273,6	
PIASTRA PER ADULTI DEFIBRILLATORE PHILIPS/LAEDAR MEDICAL/AGILENT/(F7950)	480	F7950	C020401	13026	11,40	5472,00	

Il presente verbale consta di n°3 (*pagine*), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

**FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA**

*firmato PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI*

*firmato TESTIMONE Dott.ssa Claudia Casazza Assistente Amministrativo*

*firmato SEGRETARIO Dott.ssa Laura Alfano Assistente Amministrativo*

---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628  
[www.ao-sanpio.it](http://www.ao-sanpio.it) – [protocollo@pec.ao-sanpio.it](mailto:protocollo@pec.ao-sanpio.it)

**Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111