

## ALLEGATO A

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUALI
<b>1</b> (EX-33)	NEBULIZZATORE PER AEROSOL TERAPIA CON RESPIRATORE	100

**Requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:** In confezione sterile, monouso, deve comporsi di: nebulizzatore formato da reservoir e camera di nebulizzazione avvitabili, dispositivo Venturi, camera di nebulizzazione, capacità non inferiore a 2 ml, connettore a T per il respiratore, innestabile su tutti i tipi di circuiti. La ditta deve impegnarsi a fornire: connettori/adattatori interfacciabili con i circuiti-respiratore in uso.