



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Tel. 082457540 Fax 082457572
e-mail veronica.allocca@ao-rummo.it
ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it

Benevento

Prot. _____ del 21/04/2021

**OGGETTO : AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA
DI POSIZIONATORI A DEPRESSIONE PER LA SALA OPERATORIA (FASC. VER 190
/2021)**

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che, intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerta, per l'affidamento della fornitura di :

**N. 2 MATERASSO CHIRURGICO PER LA PARTE INFERIORE DELLA GAMBA E DEL
PIEDE MIS. 75X200**

N. 1 MATERASSO CHIRURGICO UNIVERSALE MIS. 100X200

N. 1 CAPPuccio CHIRURGICO MIS. SMALL

N. 1 CAPPuccio CHIRURGICO MIS. LARGE

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse /offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione per **almeno 15 gg.**

In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa o su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghe forniture in seguito a gare centralizzate.

I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

N. 2 MATERASSO CHIRURGICO PER LA PARTE INFERIORE DELLA GAMBA E DEL PIEDE MIS. 75X200

N. 1 MATERASSO CHIRURGICO UNIVERSALE MIS. 100X200

N. 1 CAPPuccio CHIRURGICO MIS. SMALL

N. 1 CAPPuccio CHIRURGICO MIS. LARGE

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti; in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46 nonché alle norme sulle modalità e metodi di sterilizzazione che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia.

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, previa verifica conformità tecnica dei dispositivi offerti.

IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it**, **entro e non oltre il giorno 06.05.2021 alle ore 10:00**, indicando come oggetto la dicitura "FASC. VER 190/2021 PER LA FORNITURA DI POSIZIONATORI A DEPRESSIONE PER LA SALA OPERATORIA.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
 - degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
 - delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

- dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.
- **DGUE** debitamente compilato
- **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;
- Schede tecniche con indicazione del codice prodotto, CND e repertorio come da modello offerta tecnica senza prezzo allegato.

V- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e solo successivamente sarà chiesto l'invio dell'offerta economica.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI R RUP


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dlgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale.

Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti nel procedimento da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è individuato nella persona della D.ssa Maria Nicoletta Mercuri.

IL DIRIGENTE U.O.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
(D.ssa Maria Nicoletta Mercuri)



**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Tel. 082457540 Fax 082457572
e-mail veronica.allocca@ao-rummo.it
ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it

Benevento

Prot. _____ del 21/04/2021

**OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA
DI POSIZIONATORI A DEPRESSIONE PER LA SALA OPERATORIA (FASC. VER. 190
/2021) - CARATTERISTICHE TECNICHE**

I dispositivi e materassini devono possedere/garantire le seguenti caratteristiche:

- Rivestimento esterno in lamine di poliuretano, biocompatibile;
- L'imbottitura interna in poliestere-microsfere 35g/l;
- Dotati di una valvola di dimensioni ridotte atta ad essere utilizzata con una sola mano, permeabile ai raggi X e alla risonanza magnetica;
- Le superfici sul lato inferiore devono consentire un'estrema efficacia antiscivolo sul tavolo operatorio (garantendo massima sicurezza al paziente), mentre sul lato superiore presentare flessibilità e morbidezza tali da offrire un contatto confortevole per il posizionamento di tutti i distretti anatomici anche con inclinazioni estreme del tavolo operatorio;
- Controllo ottimale sulla pressione dei tessuti e profilassi del decubito;
- Totale radiotrasparenza e compatibilità con RMI e TAC;
- Versatilità di applicazione per i settori specialistici;
- Assenza di lattice;
- Possibilità di varie forme e dimensioni;
- Facilità di impiego e pulizia.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

