


**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  
Tel. 082457540 Fax 082457572  
e-mail [veronica.allocca@ao-rummo.it](mailto:veronica.allocca@ao-rummo.it)  
[ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it)

Benevento

Prot.  del 13/04/2021

**OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA  
DI POSIZIONATORI A DEPRESSIONE PER LA SALA OPERATORIA (FASC. VER. 190  
/2021) - CARATTERISTICHE TECNICHE**

I dispositivi e materassini devono possedere/garantire le seguenti caratteristiche:

- Rivestimento esterno in lamine di poliuretano, biocompatibile;
- L'imbottitura interna in poliestere-microsfere 35g/l;
- Dotati di una valvola di dimensioni ridotte atta ad essere utilizzata con una sola mano, permeabile ai raggi X e alla risonanza magnetica;
- Le superfici sul lato inferiore devono consentire un'estrema efficacia antiscivolo sul tavolo operatorio (garantendo massima sicurezza al paziente), mentre sul lato superiore presentare flessibilità e morbidezza tali da offrire un contatto confortevole per il posizionamento di tutti i distretti anatomici anche con inclinazioni estreme del tavolo operatorio;
- Controllo ottimale sulla pressione dei tessuti e profilassi del decubito;
- Totale radiotrasparenza e compatibilità con RMI e TAC;
- Versatilità di applicazione per i settori specialistici;
- Assenza di lattice;
- Possibilità di varie forme e dimensioni;
- Facilità di impiego e pulizia.

---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**  
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628