

FABBISOGNI: REQUISITI MINIMI E REQUISITI DI VALUTAZIONE

Lotto 1	AGHI PER ASPIRAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO	Quantità annua
	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: ago composto da cannula centimetrata con punta Quincke con connettore luer-lock accoppiato all'ago con punta a becco di flauto con guardia protettiva removibile, latex-free, privo di ftalati, sterile Diametro dell'ago 15G lunghezza superiore a 100mm	200

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Qualità dei materiali utilizzati	Max Punti 20
Ergonomicità	Max Punti 20
Qualità dell'ago	Max Punti 20
Confezionamento	Max Punti 10
Punteggio max	Max Punti 70

Lotto 2	AGHI PER BIOSPIA OSTEO-MIDOLLARE	Quantità anno
	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione: ago con attacco luer-lock con mandrino accoppiato con punta trocar con meccanismo che permette l'intrappolamento del frustolo, dotato di filo centimetrato in grado di valutare l'entità della penetrazione nell'osso, dotato di tappo di chiusura per evitare la fuoriuscita del sangue; confezionato in kit sterile dotato tutti i dispositivi necessari al prelievo. Calibro dell'ago 8/11G lunghezza da 100 a 150mm	100

Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Qualità dei materiali utilizzati	Max Punti 20
Ergonomicità	Max Punti 20
Qualità dell'ago	Max Punti 20
Confezionamento	Max Punti 10
Punteggio max	Max Punti 70

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
 Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
 Tel. 0824 57111


 Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
 Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
 Tel. 0823 313111