

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO
MULTIPARAMETRICO PER U.O.C. MEDICINA D'URGENZA - FASC. PIN 55/2021
CIG N. 8630689DDC**

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 18/06/2021

Apertura Offerte Economiche

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno, a Benevento, alla via dell'Angelo n. 1, presso i locali dell'U.O.C. P.E. dell'A.O. "San Pio" di Benevento, si è riunita in seduta pubblica virtuale la Commissione Giudicatrice di gara, nominata con Delibera n. 320 del 26-05-2021, così composta:

- Direttore del Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza Dr. Francesco MARCHESE (Presidente);
- Coll. Tecnico dell'U.O. Ing. Clinica Ing. Roberto BARONE;
- Ass.Te Tecnico Per. Ind. U.O. Ing. Clinica Cosimo FURNO;

Premesso che come risulta dal verbale di insediamento del 10/06/2021, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'acquisizione, dal Sistema informatico SIAPS-So.Re.Sa.si, delle offerte tecniche delle seguenti ditte: A.G.A. BIOMEDICA SRL, ELMED service srl, RIAMED SRLS, riservandosi di verificare, in successive sedute riservate, la predetta documentazione tecnica;

Visti i sotto elencati Verbali della Commissione Giudicatrice:

- il Verbale n. 1 del 10/06/2021, dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame dell'offerta tecnica dell'operatore economico A.G.A. Biomedica Srl e dopo accurato esame si rileva che l'apparecchiatura offerta rispetta i requisiti minimi richiesti dal CSA e, pertanto, l'operatore economico A.G.A. Biomedica Srl viene ammesso al prosieguo delle operazioni di gara;
- il Verbale n. 2 del 11/06/2021, dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame dell'offerta tecnica dell'operatore economico Elmed Service Srl, rilevando quanto segue:
 - La lettura del ECG avviene tramite cavo a 5 elettrodi, in difformità a quanto richiesto (Lettura ECG con cavo a 3 ed a 6 elettrodi);
 - La dotazione degli accessori non prevede la fornitura di bracciali pediatrici;
 - La gittata cardiaca è di tipo invasiva, in difformità a quanto richiesto (Opzione disponibile ma non da ricomprendere in offerta economica: gittata cardiaca non invasiva).

L'apparecchiatura offerta non è conforme ad alcuni requisiti minimi richiesti nel CSA, pertanto l'operatore economico Elmed Service Srl non viene ammesso al prosieguo delle operazioni di gara;

- il Verbale n. 3 del 11/06/2021, dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame dell'offerta tecnica dell'operatore economico Riamed Srl, rilevando quanto segue:
 - La lettura del ECG avviene tramite cavo a 10 e a 3 elettrodi, in difformità a quanto richiesto (Lettura ECG con cavo a 6 elettrodi);
 - Non dispone della Modalità in notturno tramite centralizzazione;
 - La gittata cardiaca è di tipo invasiva, in difformità a quanto richiesto (Opzione disponibile ma non da ricomprendere in offerta economica: gittata cardiaca non invasiva).

L'apparecchiatura offerta non è conforme ad alcuni requisiti minimi richiesti nel CSA, pertanto l'operatore economico Riamed Srl non viene ammessa al proseguo delle operazioni di gara.

Preso atto di quanto riportato nei predetti verbali, si riportano gli esiti finali come di seguito esposti: A.G.A. BIOMEDICA SRL (Conforme), Elmed Service Srl (Non Conforme), Riamed Srl (Non Conforme);

La Commissione Giudicatrice, ciò premesso, avvia la seduta virtuale alle ore 12:35 e procede allo sblocco dell'offerta economica dell'unica ditta i cui prodotti sono stati giudicati conformi rispetto ai requisiti tecnici previsti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, ovvero A.G.A. BIOMEDICA SRL (Conforme);

La Commissione propone di aggiudicare la presente procedura di gara in favore della ditta A.G.A. BIOMEDICA SRL e trasmette la documentazione inerente i lavori svolti al RUP, per gli adempimenti consequenziali.

Le predette operazioni vengono concluse alle ore 12:50.

FIRME COMPONENTI:

Direttore del Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza
Dr. Francesco MARCHESE (Presidente)
Firmato

Coll. Tecnico dell'U.O. Ing. Clinica Ing. Roberto BARONE
Firmato

Ass.Te Tecnico Per. Ind. U.O. Ing. Clinica Cosimo FURNO
Firmato

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria de' Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 313111