

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO PER U.O.C. MEDICINA D'URGENZA – FASC. PIN 55/2021 CIG 8630689DDC

**VERBALE N. 1
(Seduta riservata)**

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 9,50, si è riunita la Commissione, nominata con delibera n 320 del 26 maggio 2021, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di due Sistema di monitoraggio centralizzato multiparametrico destinati al P.O. G. RUMMO dell'A.O. "SAN PIO" di Benevento destinate alle Sale Operatoria del P.O. G. Rummo dell'Azienda Ospedaliera San Pio, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dott. Francesco Marchese

Componente: Ing. Roberto Barone

Componente: Per. Ind. Furno Cosimo

La commissione procede con la verifica della rispondenza delle offerte tecniche con i requisiti tecnici prestazionali minimi richiesti nell'allegato del CSA che riporta le caratteristiche tecniche di minime che l'apparecchiature deve soddisfare, pena l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Viene presa in esame l'offerta tecnica dell'operatore economico A.G.A. Biomedica Srl e dopo accurato esame si rileva che l'apparecchiatura offerta rispetta i requisiti minimi richiesti dal CSA. Pertanto l'operatore economico A.G.A. Biomedica Srl viene ammessa al proseguo delle operazioni di gara.

I lavori si concludono alle ore 11,30 e si rinvia a successiva seduta per la verifica delle ulteriori offerte.

Del ché è verbale

LA COMMISSIONE

Presidente Dott. Francesco Marchese
Firmato

Componente Ing. Roberto Barone
Firmato

Componente Per. Ind. Furno Cosimo
Firmato

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO PER U.O.C. MEDICINA D'URGENZA – FASC. PIN 55/2021 CIG 8630689DDC

**VERBALE N. 2
(Seduta riservata)**

Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 9.30, si è riunita la Commissione, nominata con delibera n 320 del 26 maggio 2021, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di due Sistema di monitoraggio centralizzato multiparametrico destinati al P.O. G. RUMMO dell'A.O. "SAN PIO" di Benevento destinate alle Sale Operatoria del P.O. G. Rummo dell'Azienda Ospedaliera San Pio, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dott. Francesco Marchese

Componente: Ing. Roberto Barone

Componente: Per. Ind. Furno Cosimo

La commissione procede con la verifica della rispondenza delle offerte tecniche con i requisiti tecnici prestazionali minimi richiesti nell'allegato del CSA che riporta le caratteristiche tecniche di minime che l'apparecchiature deve soddisfare, pena l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Viene presa in esame l'offerta tecnica dell'operatore economico Elmed Service Srl, dopo accurato esame si rileva quanto segue:

- La lettura del ECG avviene tramite cavo a 5 elettrodi, in difformità a quanto richiesto (Lettura ECG con cavo a 3 ed a 6 elettrodi);
- La dotazione degli accessori non prevede la fornitura di bracciali pediatrici;
- La gittata cardiaca è di tipo invasiva, in difformità a quanto richiesto (Opzione disponibile ma non da ricomprendere in offerta economica: gittata cardiaca non invasiva).

L'apparecchiatura offerta non è conforme ad alcuni requisiti minimi richiesti nel CSA, pertanto l'operatore economico Elmed Service Srl non viene ammessa al proseguo delle operazioni di gara.

I lavori si concludono alle ore 11:00.

Del ché è verbale

LA COMMISSIONE

Presidente Dott. Francesco Marchese
Firmato

Componente Ing. Roberto Barone
Firmato

Componente Per. Ind. Furno Cosimo
Firmato

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO PER U.O.C. MEDICINA D'URGENZA – FASC. PIN 55/2021 CIG 8630689DDC

**VERBALE N. 3
(Seduta riservata)**

Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 11.30, si è riunita la Commissione, nominata con delibera n 320 del 26 maggio 2021, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di due Sistema di monitoraggio centralizzato multiparametrico destinati al P.O. G. RUMMO dell'A.O. "SAN PIO" di Benevento destinate alle Sale Operatoria del P.O. G. Rummo dell'Azienda Ospedaliera San Pio, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara.

La Commissione è composta da:

Presidente: Dott. Francesco Marchese

Componente: Ing. Roberto Barone

Componente: Per. Ind. Furno Cosimo

La commissione procede con la verifica della rispondenza delle offerte tecniche con i requisiti tecnici prestazionali minimi richiesti nell'allegato del CSA che riporta le caratteristiche tecniche di minime che l'apparecchiature deve soddisfare, pena l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Viene presa in esame l'offerta tecnica dell'operatore economico Riamed Srl, dopo accurato esame si rileva quanto segue:

- La lettura del ECG avviene tramite cavo a 10 e a 3 elettrodi, in difformità a quanto richiesto (Lettura ECG con cavo a 6 elettrodi);
- Non dispone della Modalità in notturno tramite centralizzazione;
- La gittata cardiaca è di tipo invasiva, in difformità a quanto richiesto (Opzione disponibile ma non da ricomprendere in offerta economica: gittata cardiaca non invasiva).

L'apparecchiatura offerta non è conforme ad alcuni requisiti minimi richiesti nel CSA, pertanto l'operatore economico Riamed Srl non viene ammessa al proseguo delle operazioni di gara

I lavori si concludono alle ore 13:00.

Del ché è verbale

LA COMMISSIONE

Presidente Dott. Francesco Marchese
Firmato

Componente Ing. Roberto Barone
Firmato

Componente Per. Ind. Furno Cosimo
Firmato