

CARATTERISTICHE TECNICHE

Si richiede l'acquisto di n. 15 cateteri per dilatazione della stenosi uretrale, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- catetere over-the-wire compatibile con fili guida da 0,97 mm (0,038") e cistoscopi flessibili, dotato di doppio lume;
- punta smussa atraumatica;
- palloncino rivestito con Paclitaxel di vari diametri e rispettiva dose di farmaco;
- il rivestimento del farmaco interessa solo la lunghezza operativa del palloncino;
- presenza di due fasce radiopache che indicano la lunghezza operativa del palloncino
- completo di manometro per il gonfiaggio ottimale del palloncino.