



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**“SAN PIO”- BENEVENTO**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**DEA di II Livello**

**P.N. FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI PER UROLOGIA . IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO A BASE D’ASTA € 161.425,00 +I.V.A.**

**VERBALE N. 2 Commissione Tecnica**

In data 21.09.2021 si è riunita presso la sede della UOC di Farmacia dell’A.O. San Pio, in Via dell’Angelo n. 1 di Benevento, la Commissione di gara nominata per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche per la procedura di gara in oggetto.

La Commissione di gara è composta da:

- Dott.ssa Assunta Racca - Presidente;
- Dott. Luigi Salzano– Componente
- Dott. Aldo Delle Cave – Componente ;

Verbalizza la D.ssa Claudia Casazza Assistente Amministrativo UOC P.E.

La Commissione prende atto degli esiti della valutazione tecnica delle offerte ricevute, come da schede allegate (da allegato 1 ad allegato 9) al presente verbale.

Successivamente, quindi, si procede a proporre l’aggiudicazione per i lotti posti a gara le cui offerte sono risultate conformi ai requisiti tecnici minimi, come riportato nell’allegato al presente verbale (allegato 10).

L’estratto del verbale di gara verrà pubblicato sulla piattaforma *SIAPS* Soresa nonché sul sito aziendale ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE DI GARA

## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	1
-------	---

<b>U04301</b>	Cateteri Ureterali tipo Bracci plurifenestrati (circa nove fori), in PVC, con linea radiopaca, dotati di Flangia, di circa cm 155 e diametro CH 6, CH 8 e CH 10.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> <i>EOLoplast    (AC 41++)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Plurifenestrati	<i>SI</i>
Linea radiopaca	<i>SI</i>
Dotati di Flangia	<i>SI</i>
Lunghezza cm 155 e diametro CH 6, CH 8 e CH 10.	<i>SI</i>

<b>DITTA:</b> <i>TELEFLEX    (195101/02/03)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Plurifenestrati	<i>SI</i>
Linea radiopaca	<i>SI</i>
Dotati di Flangia	<i>NO</i>
Lunghezza cm 155 e diametro CH 6, CH 8 e CH 10.	<i>NO</i>

## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	2
-------	---

<b>U040102</b>	<b>Set di drenaggio sovrapubico costituito da catetere ad una via in poliuretano trasparente. Ago di punzione in acciaio inox, bisturi, sacca per raccolta urina a circuito chiuso, da due litri circa, graduata. Rubinetto di svuotamento con valvola antireflusso. Sistema di fissaggio. Misure Ch 10 e Ch 12.</b>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> B. BRAUN    (4450410/412)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Catetere ad una via in poliuretano trasparente	SI
Ago di punzione in acciaio inox	SI
Bisturi	SI
Sacca per raccolta urina a circuito chiuso, da due litri circa, graduata	SI
Rubinetto di svuotamento con valvola antireflusso	SI
Sistema di fissaggio	SI
Misure Ch 10 e Ch 12.	SI

<b>DITTA:</b> COLOPLAST    (BS80++)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Catetere ad una via in poliuretano trasparente	SI
Ago di punzione in acciaio inox	NO
Bisturi	NO
Sacca per raccolta urina a circuito chiuso, da due litri circa, graduata	NO
Rubinetto di svuotamento con valvola antireflusso	NO
Sistema di fissaggio	SI
Misure Ch 10 e Ch 12.	NO

## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	3
-------	---

<b>U01010501</b>	<b>Catetere vescicale autolubrificante, sterile, monouso, per instillazione di farmaci in vescica, con innesto Luer-lock all'estremità distale per connessione in massima sicurezza con siringhe Luer-Lock, con fori lubrificanti e smussati, CH 8, 10 e 12, sia uomo che donna</b>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> B. BRAUN (227208/10/12 - 227308/10/12)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterili,	SI
Autolubrificanti	SI
Innesto Luer-lock all'estremità distale per connessione in massima sicurezza con siringhe Luer-Lock	SI
CH 8, 10 e 12, uomo	SI
CH 8, 10 e 12, donna	SI

<b>DITTA:</b> COLOPLAST (5288-5290-5292-5268-5270-5272)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterili,	SI
Autolubrificanti	SI
Innesto Luer-lock all'estremità distale per connessione in massima sicurezza con siringhe Luer-Lock	SI
CH 8, 10 e 12, uomo	SI
CH 8, 10 e 12, donna	

<b>DITTA:</b> TELEFLEX (850218)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterili,	SI
Autolubrificanti	SI
Innesto Luer-lock all'estremità distale per connessione in massima sicurezza con siringhe Luer-Lock	SI
CH 8, 10 e 12, uomo	SI
CH 8, 10 e 12, donna	SI

LOTTO	4
-------	---

DITTA: <i>EOLoplast (AER2++)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	SI
In PVC con rivestimento in Hydrogel	SI
Punta aperta	SI
Radiopaco	SI
Senza fori laterali	SI
Con tacche di riferimento ad ogni 5 cm di lunghezza	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 4 diametro max 0,028 inc	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 5 diametro max 0,035 inc	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 6 diametro max 0,038 inc	SI

DITTA: <i>TELEFLEX (264710)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	SI
In PVC con rivestimento in Hydrogel	SI
Punta aperta	SI
Radiopaco	SI
Senza fori laterali	SI
Con tacche di riferimento ad ogni 5 cm di lunghezza	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 4 diametro max 0,028 inc	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 5 diametro max 0,035 inc	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 6 diametro max 0,038 inc	SI

## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	4
-------	---

<b>U020199</b>	<b>Catetere ureterale sterile, in PVC con rivestimento in Hydrogel, punta aperta, radiopaco, senza fori laterali, con tacche di riferimento ad ogni 5 cm di lunghezza, dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 4 diametro max 0.028 inc; Misura CH 5 diametro max 0,035 inc; Misura CH 6 diametro max 0,038 inc</b>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> ARS EHIR. (ROT6 4000/5000/6000 STR0TG)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	SI
In PVC con rivestimento in Hydrogel	SI
Punta aperta	SI
Radiopaco	SI
Senza fori laterali	SI
Con tacche di riferimento ad ogni 5 cm di lunghezza	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 4 diametro max 0.028 inc	NO <i>non in acciaio</i>
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 5 diametro max 0,035 inc	NO <i>non in acciaio</i>
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 6 diametro max 0,038 inc	NO <i>non in acciaio</i>

<b>DITTA:</b> EOLYA (UR-83XX70)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	SI
In PVC con rivestimento in Hydrogel	SI
Punta aperta	SI
Radiopaco	SI
Senza fori laterali	SI
Con tacche di riferimento ad ogni 5 cm di lunghezza	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 4 diametro max 0.028 inc	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 5 diametro max 0,035 inc	SI
Dotato di mandrino in acciaio inox, lunghezza cm 70, Misura CH 6 diametro max 0,038 inc	SI

**REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA**

<b>LOTTO</b>	<b>5</b>
--------------	----------

<b>U010204</b>	<b>Catetere prostatico Dufour a 3 vie in PVC, trasparente, termosensibile, con valvola per siringhe con raccordi Luer, linea radiopaca di marcatura rossa, palloncino in lattice capacità circa 75 cc, sterile, monouso CH 18, 20, 22 e 24</b>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> EDLOPLAST (XB6L++)	
<b>Requisiti minimi</b>	<b>SI/NO</b>
In PVC trasparente e termosensibile	NO
Sterile	SI
Con valvola per siringhe con raccordi Luer	SI
Con linea radiopaca di marcatura rossa,	NO (RIPALLA)
Con palloncino in lattice capacità circa 75 cc	SI
Misure CH 18, 20, 22 e 24	SI

<b>DITTA:</b> TELEFLEX (664575)	
<b>Requisiti minimi</b>	<b>SI/NO</b>
In PVC trasparente e termosensibile	SI
Sterile	SI
Con valvola per siringhe con raccordi Luer	SI
Con linea radiopaca di marcatura rossa,	SI
Con palloncino in lattice capacità circa 75 cc	SI
Misure CH 18, 20, 22 e 24	SI

## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	6
-------	---

<b>U020302</b>	<b>Stent ureterale radiopaco a doppio loop CH6 e CH7 in silicone con rivestimento in idrogel, multi-lunghezza (22-28 cm), estremità renale e vescicale aperte, biocompatibile fino a 12 mesi, con guida idrofila tipo Stiff dritta di cm 150 di lunghezza, estremità flessibile di cm 3 e diametro 0,89 mm, con spingitore radiopaco orientabile di diametro CH 6 e CH 7</b>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> <i>EOLoplast (BEHST+)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Radiopaco a doppio loop	SI
In silicone con rivestimento in idrogel	SI
Con multi-lunghezza (22-28 cm),	SI
Estremità renale e vescicale aperte,	SI
Biocompatibile fino a 12 mesi	SI
Con guida idrofila tipo Stiff dritta di cm 150 di lunghezza	SI
Con estremità flessibile di cm 3 e diametro 0,89 mm,	SI
Con spingitore radiopaco orientabile di diametro CH 6 e CH 7	SI
Misure CH6 e CH7	SI

<b>DITTA:</b> <i>ARS CHIR. (RDSB 8624/8626/8628/8724/8726/8728)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Radiopaco a doppio loop	SI
In silicone con rivestimento in idrogel	SI
Con multi-lunghezza (22-28 cm),	SI
Estremità renale e vescicale aperte,	SI
Biocompatibile fino a 12 mesi	SI
Con guida idrofila tipo Stiff dritta di cm 150 di lunghezza	SI
Con estremità flessibile di cm 3 e diametro 0,89 mm,	SI
Con spingitore radiopaco orientabile di diametro CH 6 e CH 7	SI
Misure CH6 e CH7	SI



## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	7
-------	---

<b>A06030399</b>	<b>Sacca di raccolta delle urine sterile, capacità circa 2.000ml, tubo di drenaggio 100/120cm, con valvola di non ritorno, ganci per fissaggio, apertura per campionamento e T finale</b>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> FARMAC-ZABBAU (2401065002)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	SI
Capacità circa 2.000ml	SI
Tubo di drenaggio 100/120cm	SI
Valvola di non ritorno	SI
Ganci per fissaggio	SI
Apertura per campionamento e T finale	SI

<b>DITTA:</b> TELEFLEX (673045)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	NO
Capacità circa 2.000ml	NO
Tubo di drenaggio 100/120cm	NO
Valvola di non ritorno	NO
Ganci per fissaggio	NO
Apertura per campionamento e T finale	NO

<b>DITTA:</b> BEVEFIS (2261B331)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Sterile	SI
Capacità circa 2.000ml	SI
Tubo di drenaggio 100/120cm	SI
Valvola di non ritorno	SI
Ganci per fissaggio	SI
Apertura per campionamento e T finale	SI

## REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA

LOTTO	8
-------	---

<b>H03010201</b>	<b>Sistema di chiusura di vasi tipo Hem-o-lok (clips emostatiche) Tali clip devono essere costituite in materiale sintetico (polimero non riassorbibile), da applicare in chirurgia open e laparoscopica. Confezione da 84 clips. Misura L e XL.</b>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> TELEFLEX                    (544240 / 544250)	
<b>Requisiti minimi</b>	SI/NO
Le clip devono essere costituite in materiale sintetico (polimero non riassorbibile)	SI
Applicabili in chirurgia open e laparoscopica	SI
Misura L e XL.	SI

**REQUISITI MINIMI DEI CF UROLOGIA**

<b>LOTTO</b>	<b>9</b>
--------------	----------

<b>P080201</b>	<b>Protesi testicolari costituite da un elastomero di silicone a bassa durezza con una consistenza simile a quella del testicolo naturale. Il filo di sutura per il fissaggio può essere fatto passare in qualsiasi punto della protesi non essendoci il pericolo di perdita di liquidi trattandosi di materiale solido. Misure medium e large.</b>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DITTA:</b> <i>ARS CHIR. (LS01040 / LS01050)</i>	
<b>Requisiti minimi</b>	<b>SI/NO</b>
Elastomero di silicone a bassa durezza	<i>SI</i>
Il filo di sutura per il fissaggio	<i>SI</i>
Misure medium e large.	<i>SI</i>

---

*1*

---