



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO  
BENEVENTO

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  
Tel. 082457540 Fax 082457572  
e-mail: veronica.allocca@ao-rummo.it  
pec: ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it

Benevento

Prot. \_\_\_\_\_ del 5/10/2021

**OGGETTO : AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA DEL FABBISOGNO ANNUALE DI STRUMENTI MONOUSO MULTIFUNZIONE ESCLUSIVAMENTE AD ULTRASUONI PER LA DISSEZIONE, COAGULO E TAGLIO DEI TESSUTI MOLLI PER CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA CON INTEGRAZIONE DI ALTRO MATERIALE (FASC. VER. 410/2021)**

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che, intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerta, per l'affidamento della fornitura annuale:

**Strumenti monouso multifunzione esclusivamente ad ultrasuoni per la dissezione, coagulo e taglio dei tessuti molli per Chirurgia open e laparoscopica (FASC. VER. 410/2021)  
(DESCRIZIONE ALLEGATA)**

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse/offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione per **almeno 7 gg.**

In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

**L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa o su semplice comunicazione,**

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

**per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghe forniture in seguito a gare centralizzate.**

**I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

**II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE**

**VEDERE DESCRIZIONE ALLEGATA**

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti; in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46 nonché alle norme sulle modalità e metodi di sterilizzazione che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia.

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.

**III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, previa verifica conformità tecnica dei dispositivi offerti.

**IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

**Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it, entro e non oltre il giorno 11.10.2021 ore 10, indicando come oggetto la dicitura “(FASC. VER. 410/2021) FORNITURA DEL FABBISOGNO ANNUALE DI STRUMENTI MONOUSO MULTIFUNZIONE ESCLUSIVAMENTE AD ULTRASUONI PER LA DISSEZIONE, COAGULO E TAGLIO DEI TESSUTI MOLLI PER CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA.**

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
  - degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
  - delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
  - dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.
- **DGUE debitamente compilato**
- **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;
- Schede tecniche con indicazione del codice prodotto, CND e repertorio **senza prezzo.**

**V- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “*Gaetano Rummo*”  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*”  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e solo successivamente sarà chiesto l'invio dell'offerta economica.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

#### VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI R RUP


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dlgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale.

Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti nel procedimento da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è individuato nella persona della D.ssa Maria Nicoletta Mercuri.

**IL DIRIGENTE U.O.C. P.E.**  
**(D.ssa Maria Nicoletta Mercuri)**



---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "*Gaetano Rummo*"  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*"  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

## DESCRIZIONE

Di seguito le caratteristiche minime dei presidi con approvvigionamento annuo:

- Strumento monouso sterile per chiusura vasi fino a 7 mm di diametro, con branca attiva lung. mm 19 circa, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, cavo integrato, stelo rotante a 360°, diametro 5 mm lunghezza utile cm 36 circa.  
**PEZZI 24**
- Strumento monouso sterile per chiusura vasi fino a 7 mm di diametro, con branca attiva lung. mm 19 circa, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, cavo integrato, stelo rotante a 360°, diametro 5 mm lunghezza utile cm 20 circa.  
**PEZZI 24**
- Strumento monouso sterile, impugnatura palmare, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, branca inerte lunghezza mm 16 circa, lunghezza utile cm 9.  
**PEZZI 24**
- Cavi/Manipoli poliuso per le forbici per gli strumenti descritti al punto C da fornire in sconto merce.  
**PEZZI 1**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n. 2 generatore completo di ogni accessorio riutilizzabile necessario al loro impiego (carrello, pedaliera, ecc.) e di servizio di manutenzione tipo "full-risk" così articolato: visite di manutenzione preventiva e correttiva SW e HW; ogni tipo di intervento manutentivo sull'apparecchiatura dovrà essere effettuato esclusivamente da personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla casa costruttrice del generatore; manutenzione sia preventiva che programmata, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell'apparecchiatura offerta e dei relativi accessori, secondo tutte le norme di sicurezza e funzionalità vigenti. Aggiornamento tecnologico obbligatorio durante il periodo della fornitura sia per quanto riguarda l'hardware che il software.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire corso di formazione da parte del personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori dell'A.O.R.N., relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo sia ai dispositivi consumabili che ai generatori e relativi accessori.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire assistenza post-vendita sia ai dispositivi consumabili che alle apparecchiature e relativi accessori. Si richiede relazione documentata del programma di assistenza all'utilizzo dei dispositivi ed alle apparecchiature effettuata da personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori dell'A.O.R.N., relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo sia ai dispositivi consumabili che alle apparecchiature e relativi accessori, da espletarsi anche in sala operatoria su semplice richiesta degli utilizzatori per l'intero periodo contrattuale.

I dispositivi devono permettere di effettuare contemporaneamente la dissezione, il coagulo dei vasi fino a 5 e/o 7 mm di diametro e il taglio dei tessuti, utilizzando esclusivamente energia ad ultrasuoni.

---

### AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628