



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO

BENEVENTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA CHIRURGICO ROBOTICO COMPLETO DEI DISPOSITIVI NECESSARI PER 1.500 PROCEDURE ED ASSISTENZA FULL RISK DA DESTINARE ALLA U.O.C. B.O.M. DELL'A.O.R.N. SAN PIO

### VALUTAZIONE TECNICA DI QUALITA'

In data odierna, 15/11/2021 alle ore 9,30 presso l'ufficio di Ingegneria clinica è presente la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. **586 del 05/11/2021** così composta:

dott. Giovanni Parbonetti .....Presidente  
dott. Giuseppe Lotrecchiano.....Componente  
p.i. Domenico Tiso..... Componente

riguardante l'appalto specifico di " NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA CHIRURGICO ROBOTICO COMPLETO DEI DISPOSITIVI NECESSARI PER 1.500 PROCEDURE ED ASSISTENZA FULL RISK" con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs.50/2016, nei confronti dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'unico operatore economico che ha partecipato alla Procedura Aperta è " R.T.I. AB MEDICA S.P.A.(mandataria)- AB MEDICA RENTING S.P.A. ( mandante )

Come previsto dal Disciplinare la Commissione procederà:

- a) all'esame dei livelli minimi del servizio, qualitativi e quantitativi, offerti rispetto a quelli richiesti nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati;
- b) ove siano rispettati i requisiti minimi, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità sopra descritte;

#### **a) Possesso dei requisiti minimi secondo l'Allegato B1**

Dalla disamina dell'Allegato B1 prodotto dalla ditta partecipante " RTI AB MEDICA S.P.A. (mandataria)- AB MEDICA RENTING S.P.A. ( mandante ) risulta la completezza e la conformità di tutti requisiti richiesti in sede di CSA, pertanto stante il rispetto dei requisiti minimi la Commissione procederà con la fase successiva all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

### b) Attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica

La Commissione procederà ad attribuire al concorrente punteggio di merito sulla base dei criteri dettagliati nella tabella seguente ( Allegato B2 ):

Parametro / criterio	Descrizione parametro	Criterio T (Tabellare)	Criterio Q (Quantitativo)	Criterio D ( Discrezionale)	Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n)
1	Consolle chirurgica			Migliore caratteristiche della consolle integrata al sistema, con settaggi ed ergonomia selezionabili dal singolo chirurgo su 4 assi di movimento al fine di garantire la migliore posizione di lavoro e ridurre lo stress e l'affaticamento fisico	8
				Verrà valutato la possibilità e la migliore modalità di regolazione dei sistemi di visione-comandi per la gestione degli strumenti di chirurgia robotica assistita per agevolare la naturale corrispondenza di lavoro mano-occhi	8
			Dotata di sistemi di sicurezza che prevengono l'attivazione involontaria degli strumenti chirurgici durante la procedura Si=punti 8 No=punti 0		

2	<b>Carrello visione</b>		<p>Ingrandimento del campo chirurgico fino a 10x, per accurata visualizzazione di tessuti e strutture e più accurata dissezione chirurgica</p> <p>Fino a 5x = punti 2;</p> <p>Da 6x a 10x = punti 4</p>		4
		<p>Autofocus: messa a fuoco automatica sulla base della distanza dal campo operatorio visualizzato e oggetto di interesse</p> <p>Si= punti 4</p> <p>No= punti 0</p>			4
3	<b>Carrello paziente</b>			<p>Verrà valutato positivamente la qualità del carrello con particolare riguardo alla presenza e tipologia di Setup preimpostati e personalizzabili in base alla selezione dell'anatomia chirurgica in relazione alle procedure oggetto di gara</p>	12
4	<b>Generatore di energia</b>			<p>Verrà valutato positivamente la qualità del generatore con particolare riguardo alle energie utilizzate, alle tipologie di attività eseguibili (es. taglio, coagulo, bipolare avanzata)</p>	3
5	<b>Simulatore virtuale di procedure chirurgiche</b>			<p>Verrà valutato le maggiori potenzialità del simulatore virtuale di procedure chirurgiche collegabile alla consolle chirurgica per eseguire il training dell'equipe chirurgica</p>	3
6	<b>Ulteriori accessori e/o apparecchiature offerte nell'importo del canone del</b>			<p>Verrà valutato positivamente la fornitura, con oneri ricompresi nel canone di noleggio del sistema robotico, di ulteriori accessori</p>	

	sistema robotico non ricompresi nei punti precedenti			offerti utili alla finalità dell'appalto	5
7	Strumentario chirurgico: ampiezza e tipologia di gamma dello strumentario monouso e poliuso offerto per ciascuna procedura chirurgica			Sarà valutata positivamente la maggiore ampiezza di gamma e funzionalità dello strumentario chirurgico offerto in relazione alle procedure chirurgiche oggetto di gara	12
8	Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti			Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e/o di pregio non ricompresi nei punti precedenti ivi compreso l'ampiezza di gamma di strumentario disponibile a listino anche se non offerti	3

La Commissione Giudicatrice esprimerà, valutazione sub-criterio di tipo **T ( Tabellare )**, valutazione sub-criterio di tipo **Q ( Quantitativo )**, valutazione sub-criterio di tipo **D (discrezionale)**, per quest'ultimo criterio la Commissione esprimerà un giudizio secondo la scala di valori ( coefficienti) sotto riportata:

GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	COEFFICIENTE
Inadeguato	0,00
Parzialmente adeguato	0,25
Adeguato	0,50
Più che adeguato	0,75
Ottimo	1,00

Sulla base delle predette regole di gara la Commissione si è così espressa:

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI				Totali
R.T.I. AB MEDICA S.P.A.(mandataria)- AB MEDICA RENTING S.P.A. ( mandante )				
CRITERI	T	Q	D	
Criterio 1/1 max 8 ( D )			8	24
Criterio 1/2 max 8 ( D )			8	
Criterio 1/3 max 8 ( T )	8			
Criterio 2/1 max 4 ( Q )		4		8
Criterio 2/2 max 4 ( T )	4			
Criterio 3 max 12 ( D )			12	12
Criterio 4 max 3 ( D )			3	3
Criterio 5 max 3 ( D )			3	3
Criterio 6 max 5 ( D )			5	5
Criterio 7 max 12 ( D )			7	7
Criterio 8 max 3 ( D )			8	8
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO</b>				<b>70</b>

La Commissione chiude i lavori alle ore 12,00

Del che è verbale

**I Componenti della Commissione**

p.i. Domenico Tiso

dott. Giuseppe Lotrecchiano

**Il Presidente della Commissione**

dott. Giovanni Parbonetti

