



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Tel. 082457539- Fax 082457572
e-mail laura.alfano@ao-rummo.it
ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it

Benevento, 19/01/2022

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA

L'Azienda Ospedaliera "SAN PIO" rende noto, con il presente avviso, che intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerte per l'affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi:

Q.TÀ 10 ELETTRORESPIRATORI CON N. 5 FILTRI DI RICAMBIO

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse/offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'avviso è pubblicato sulla Home page del sito istituzionale dell'Amministrazione.

In ogni caso e in qualsiasi momento, l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura e/o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa e su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) o la CONSIP spa, aggiudichino analoghe forniture/servizi in seguito a gare centralizzate.

I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

VEDI ALLEGATO: CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

Offerta tecnica - ciascuna azienda potrà inviare ulteriore documentazione/certificazioni ritenuta utile per la valutazione.)

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti in funzione della destinazione d'uso. L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs n° 50/2016, previa valutazione di compatibilità/conformità.

Non saranno ammesse offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate od espresse in modo indeterminato.

IV-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC, all'indirizzo **ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it**, **entro e non oltre il giorno 02/02/2022 ore 12:00** indicando come oggetto la dicitura **-FASC. ALFA 47/2022 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura di 10 ELETTRORESPIRATORI CON N. 5 FILTRI DI RICAMBIO**

Qualora il numero delle istanze pervenute fosse superiore a 20, si procederà ad effettuare il sorteggio per individuare le n. 10 ditte per il prosieguo della gara.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
 1. degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
 2. delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
 3. dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.
- **DGUE** debitamente compilato
- **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;
- **schede tecniche di prodotto**

V-OFFERTA ECONOMICA: NON DEVE ESSERE INVIATA.

VI-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica e, successivamente, nei confronti delle ditte le cui offerte risulteranno conformi verrà richiesta l'offerta economica dei dispositivi offerti. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato a mezzo scambio di lettere.

VIII-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti nel procedimento da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri.

IL DIRETTORE AREA P.E.
Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

FORNITURA DI ELETTRORESPIRATORI – NUM. 10 PEZZI CON NUM. 5 FILTRI DI RICAMBIO

N.	Descrizione caratteristica minima	Dichiarazione dell'operatore economico
1	DPI per la protezione delle vie respiratorie contro il particolato, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/425	
2	Sistema a pressione positiva, dotato di motore per forzare l'aria	
3	I sistemi devono rispondere ai requisiti previsti dalla UNI EN 12941:2009 e sono marcati CE	
4	Sistema idoneo per l'uso ospedaliero	
5	Dotato di filtro per particolato e odori fastidiosi dovuti a gas acidi, con protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10xTLV	
6	Classe di protezione TH3 con FPN=500	
7	Protezione dalle polveri e protezione contro spray d'acqua secondo la CEI EN 60529/EC, grado di protezione IP 53	
8	Sistema con montaggio a cintura	
9	Il sistema deve soddisfare la Direttiva Europea EMC 2014/30/UE	
10	Due flussi d'aria selezionabili dall'utilizzatore: standard ed elevato	
11	Allarme elettronico acustico e visivo in caso di batteria scarica o flusso d'aria insufficiente	
12	Durante l'utilizzo il display mostra il livello di carica della batteria, lo stato di intasamento del filtro e il livello di flusso selezionato	
13	Stato di ricarica della batteria indicato da un LED	
14	Sistema di controllo che garantisce un flusso d'aria costante, controllato indipendentemente dalla carica della batteria o dell'intasamento dei filtri	
15	Tempo di ricarica della batteria meno di 4 ore	
16	Sistema facile da assemblare, da rimuovere (svestizione) e da pulire	
17	Istruzioni per l'uso in italiano	