

“ PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI n.2 SISTEMI DI MONITORAGGIO TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA UOC DI MEDICINA INTERNA, DEL P.O. RUMMO E DEL P.O. SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI DELL’A.O. SAN PIO DI BENEVENTO. FASC.T. 16/2021. ;

VERBALE SEDUTA RISERVATA N.1 Commissione di gara

In data odierna, 06/05/2022 alle ore 10,30 presso l’ufficio di Ingegneria clinica è presente la Commissione di Gara nominata con Deliberazione n. 506 del 13/09/2021 riguardante la procedura aperta per l’affidamento della fornitura chiavi in mano” di n.2 sistemi di monitoraggio telemetrico da destinare alla UOC di Medicina Interna del P.O. Rummo e del P.O. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori dell’A.O. San Pio di Benevento, per la fase della VALUTAZIONE tecnica delle offerte ammesse a partecipare per l’esattezza: ditta AB MEDICA S.P.A. e ditta MORTARA S.R.L.

L’Allegato “ **requisiti minimi** “ del **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO** stabilisce la esclusione dalla gara qualora dovesse mancare o non corrispondere uno dei **REQUISITI MINIMI** previsti “ **pena l’Esclusione**” . Si procede quindi alla verifica delle singole offerte tecniche.

DITTA AB MEDICA SPA : La disamina dell’offerta tecnica è stata effettuata con accuratezza , riscontrando voce per voce il possesso dei requisiti minimi richiesti in sede di CSA secondo quanto previsto dall’Allegato “ **requisiti minimi**”. Verificato i singoli requisiti l’offerta della ditta AB MEDICA SPA **risulta conforme** a quanto richiesta in sede di CSA;

DITTA MORTARA SRL : La disamina dell’offerta tecnica è stata effettuata con accuratezza , riscontrando voce per voce il possesso dei requisiti minimi richiesti in sede di CSA secondo quanto previsto dall’Allegato “ **requisiti minimi**” . Verificato i singoli requisiti l’offerta della ditta MORTARA **risulta non conforme** a quanto richiesto nell’Allegato “ **requisiti minimi**” . Tali difformità si rilevano dalla documentazione tecnica presentata, in particolare alle pagine 8 e 9 del documento formato PDF denominato “ **ALLEGATO requisiti minimi** “. Di seguito si riportano le predette pagine quale stralcio dell’Allegato **requisiti minimi** che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

0/4/55, S

Opposition

1)- Il punto difforme da quanto previsto dai requisiti minimi lo si riscontra al secondo punto della pagina 8 (seconda voce) continuando sino alla pagina 9:

Ditta MORTARA pagina 8 e 9, secondo punto Allegato requisiti minimi

OMISSIS

Il requisito richiesto del suddetto punto è: monitoraggio ECG a 5 derivazioni, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, NIBP , SpO2, temperatura ed in fine Postura. Il sistema di monitoraggio offerta della ditta Mortara srl risulta priva del parametro clinico di “ Postura “. Pertanto non è possibile applicare il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Dlgs 50/2016 , in quanto l’informazione richiesta circa la postura del paziente in tempo reale non è desumibile da alcun calcolo o dedotto da altri parametri clinici.

La commissione , pertanto alla luce di quanto sopra verbalizzato continua i lavori di valutazione secondo i criteri previsti in CSA con l’attribuzione dei coefficienti di giudizio del solo operatore economico AB MEDICA SPA

Il risultato finale della valutazione con attribuzione punteggio qualità dell'offerta tecnica della ditta AB MEDICA SPA è il seguente

<i>VALUTAZIONE DITTA AB MEDICA SPA</i>	
punteggio mediato Totale	70
Riparametrazione punteggio (PTDmax) TOTALE	70

La seduta di gara si chiude alle ore 12,30

Del che è verbale

I Componenti della Commissione

Collaboratore tecnico Domenico Tiso _____

Dirigente Medico dr. Giuseppe Ricci _____

Il Presidente della Commissione

Dr.ssa Giovanna Guiotto _____