



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

**AREA PROVVEDITORATO ED
ECONOMATO Direttore Dott.ssa Maria
Nicoletta Mercuri**

tel. 0824.57539 – fax 0824.57572
e-mail claudia.casazza@ao-rummo.it
pec: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

ESTRATTO VERBALE N.4 DEL SEGGIO DI GARA

Addi 25 Ottobre

si è riunito in Benevento alla Via dell'Angelo n. 1

Il seggio di gara composto come segue:

- ⇒ PRESIDENTE dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri – Dirigente Area P.E.
- ⇒ TESTIMONE dott. Michele Savino Collaboratore Amministrativo
- ⇒ SEGRETARIO dott.ssa Claudia Casazza Assistente Amministrativo

per decidere in merito all'aggiudicazione provvisoria della seguente fornitura, disposta mediante la procedura:

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA KIT-AGHI PER
DENERVAZIONE ARTICOLARE PER TERAPIA ANTALGICA.
FASC. CLA 138**

Premesso:

che con nota protocollata n.7224/2018 il Direttore di Farmacia ha trasmesso il capitolato tecnico di Fornitura Triennale di Aghi per denervazione articolare per la U.O.S. Terapia Antalgica;

che con nota prot. n 26309 del 29/10/2018 si chiedeva autorizzazione a Soresa per poter espletare la gara in autonomia e che con nota prot. 0024427/2018 Soresa trasmetteva autorizzazione a procedere;

che con nota n. prot. 12572 del 24/05/2019 si pubblicava sul sito di questa A.O. Avviso di Indagine di Mercato e che pervenivano entro il giorno 18/06/2019 termine ultimo presentazione delle offerte, le istanze delle ditte: 1 DEXTER SRL, 2 MEDICAL SERVICE SRL, 3 ALFAMED SRL, 4 MEDINAT SRL, 5 SVAS BIOSANA S.P.A, 6 NG MED SRL;

che sulla scorta della **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** prodotta dalle ditte concorrenti la stessa risulta essere conforme a quanto chiesto nell'avviso di Indagine Conoscitiva di Mercato ;

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria de' Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 313111

che con diverse pec del 11 ottobre 2019 alle summenzionate ditte veniva inviata la lettera di invito a presentare offerta;

che entro il termine ultimo presentazione dell'offerta fissato per il giorno 24/10/2019 pervenivano le offerte da parte delle ditte DEXTER srl e MEDICAL SERVICE srl ;

che con Delibera n. 85 del 12/02/2021 si nominava la Commissione di gara composta dal dott. Giuliano Polichetti presidente, la dott.ssa Maria Bozza e la dott.ssa Giuseppina Iorio componenti;

che con mail del 25/03/2021 il presidente della Commissione comunicava l'infortunio della dott.ssa Bozza e pertanto l'impossibilità di quest'ultima a procedere per tutto il periodo della malattia e della convalescenza ed inoltre nelle more la dott.ssa Giuseppina Iorio, rassegnava le proprie dimissioni;

che con delibera n. 293 del 21/06/2022 e si nominava la Commissione composta dal dott. Giuliano Polichetti presidente, la dott.ssa Maria Bozza e il dott. Giovanni Parbonetti componenti;

che in data 28/06/2022 si riuniva la Commissione che procedeva alla valutazione tecnica della campionatura, dalla quale si evince che nei parametri di valutazione alla voce "Possibilità di valutazione della posizione dell'ago con modalità ecografica, sia con sonda lineare che con sonda convex è stato dato un punteggio 0 in quanto dalle schede tecniche inviate non si evince la disponibilità di tale modalità";
che in data 28/06/2022 la Farmacia trasmetteva la Valutazione tecnica ,con i punteggi assegnati a ciascuna ditta, (la Commissione attribuiva un punteggio tecnico totale pari a 70 per la ditta Dexter srl e 45 per la ditta Medical Service srl;

che il seggio di gara calcolava i punteggi relativi all'offerta economica e dalla comparazione con il punteggio tecnico assegnato a ciascuna ditta, proponeva di aggiudicare alla ditta Dexter srl (che ha offriva un prezzo unitario pari ad €. 267,35 rispetto alla ditta Medical Service srl che offriva invece un prezzo unitario pari ad €. 245,00) la cui offerta risultava quella economicamente più vantaggiosa;

che con nota del 04/08/2022 la ditta Medical Service srl chiedeva la rivalutazione delle schede tecniche, nello specifico la voce "Possibilità di valutazione della posizione dell'ago con modalità ecografica, sia con sonda lineare che con sonda Convex " alla quale era stato assegnato un punteggio pari a 0, integrando la documentazione tecnica agli atti con una dichiarazione della ditta Algo Vitae produttrice degli aghi ;

che in data 18/10/2022 la Commissione Tecnica dopo aver preso atto della dichiarazione della ditta Algo Vitae , rivalutava le schede tecniche, nello specifico alla voce " Possibilità di valutazione della posizione dell'ago con modalità ecografica, sia con sonda lineare che con sonda Convex"assegnando un punteggio di 25;

Pertanto alla luce della nuova valutazione, le ditte ottengono lo stesso punteggio tecnico di 70, e pertanto, a rettifica del verbale precedente, risulta aggiudicataria la ditta Medical Service srl, la quale offre un prezzo unitario più basso rispetto alla ditta Dexter srl.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto dai componenti.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria de' Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 313111

I COMPONENTI

Firmato

IL PRESIDENTE

firmato

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria de' Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 313111