



AZIENDA
OSPEDALIERA

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa. Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 0824 - 57539 - Fax 0824 57572

e-mail laura.alfano@ao-rummo.it

ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"

BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

VERBALE DI GARA N°3 DEL 20/10/2022

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

FASC. ALFA 419/2022 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA KIT RM ED ANGIOGRAFIA

L'anno duemilaVENTIDUE, il giorno 20 ottobre, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (*pad. "Direzione e Servizi Generali"*) dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso come risulta dal **VERBALE DI GARA N°1 DEL 3/10/2022:**

- Che è pervenuta nota prot. 861 del 18/08/2022 dal Direttore UOC Farmacia per l'acquisto annuale di dispositivi consumabili per le seguenti apparecchiature:

DESCRIZIONE	UBICAZIONE	MARCA	MODELLO
ANGIOGRAFO FISSO PHILIPS	NEURORADIOLOGIA	MEDRAD	MARK V PRO VIS
ANGIOGRAFO MOBILE	BLOCCO OP MULTIDISCIPLINARE 1 PIANO	MEDRAD	MARK V PRO VIS
RISONANZA MAGNETICA SIEMENS	RISONANZA MAGNETICA PIANO TERRA	MEDRAD	SPECTRIS SOLARIS EP
RISONANZA MAGNETICA GE	RISONANZA MAGNETICA 1 PIANO	MEDRAD	SPECTRIS SOLARIS EP

N.B.: il consumo annuo è così suddiviso:

-q.tà 250 annue per gli angiografi MARK V PRO VIS (ANGIOGRAFO FISSO PHILIPS e ANGIOGRAFO MOBILE)

-q.tà 550 per le risonanze SPECTRIS SMR 200 e SPECTRIS SOLARIS EP (RISONANZA MAGNETICA GE e RISONANZA MAGNETICA SIEMENS).

- Che con nota del 22.09.2022, si è proceduto alla pubblicazione sul sito A.O. San Pio-Sez Bandi di Gara e contratti, dell'AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DE QUA, al fine di verificare la disponibilità sul mercato, da parte di diverse ditte, di fornire quanto richiesto;

- Che entro la data stabilita al 28/09/2022 ha fatto pervenire istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e tecnica n. 1 ditta e precisamente: "BAYER SPA" ;

- Che il seggio ha verificato che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto;

- Che le schede tecniche dei prodotti offerti verranno trasmesse al Direttore UOC Farmacia e alla UOC Ingegneria Clinica, a ciascuno per le rispettive competenze.

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

Premesso, ancora, come risulta dal **VERBALE DI GARA N°2 DEL 13/10/2022:**

-che è pervenuta la nota pec del 11/10/2022, da parte della UOS Servizio Ingegneria Clinica a tenore della quale: 'Si è provveduto all'analisi della documentazione tecnica inviata dalla società Bayer SPA per la fornitura di Kit per iniettori di mezzo di contrasto Marca Medrad/Bayer modello MARK V PRO VIS utilizzati in ambito Angiografico e di Kit per Iniettore mezzo di contrasto Marca Medrad/Bayer modello SPECTRIS SOLARIS EP utilizzati in ambito RM. I dispositivi offerti dalla società Bayer HealthCare risultano come segue:

KIT PER INIETTORI MEZZO DI CONTRASTO		
PRODUTTORE	CODICE PRODOTTO	MODELLO INIETTORE ASSOCIATO
<i>Bayer SPA</i>	<i>150-FT-Q</i>	<i>MARK V PRO VIS</i>
<i>Bayer SPA</i>	<i>SSQK 65/115VS</i>	<i>SPECTRIS SOLARIS EP</i>

Il dispositivo con codice prodotto 150-FT-Q è di tipo monouso sterile con una durata di 36 mesi, è privo di lattice e dedicato all'uso sugli iniettori Medrad modello MARK V.

Il dispositivo con codice prodotto SSQK 65/115VS è di tipo monouso sterile con una durata di 60 mesi, è privo di lattice e dedicato all'uso sugli iniettori Medrad modello SPECTRIS SOLARIS EP.

Entrambi i dispositivi sono corrispondenti a quanto richiesto."

Posto che il Seggio di gara ha proceduto, in data 13/10/2022, a chiedere l'offerta economica alla ditta Bayer SPA.

Acquisita, con nota pec del 17/10/2022, l'offerta economica della ditta succitata, che quota i dispositivi richiesti nel seguente modo:

Codice Prodotto: 86594218 KIT SPECTRIS SOLARIS EP - SSQK 65/115VS

Prezzo offerto unitario al netto dell'IVA: € 14,50000

Prezzo offerto per confezione offerto al netto dell'IVA: € 725,00

Codice Prodotto: 86617552 KIT SIRINGA – 150-FT-Q Kit siringa 150 FT Q ml

Prezzo offerto unitario al netto dell'IVA: € 10,00

Prezzo offerto per confezione offerto al netto dell'IVA: € 500,00 (cinquecento,00)

Il Seggio di Gara propone di aggiudicare la fornitura de qua alla ditta Bayer SPA e conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

-Il presente verbale consta di n°2 (pagine).

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

firmato PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI

firmato TESTIMONE Dott.ssa Claudia Casazza Assistente Amministrativo

firmato SEGRETARIO Dott.ssa Laura Alfano Assistente Amministrativo

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111