



**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 082457542- Fax 082457572

e-mail giovanna.demarco@ao-rummo.it

pec:ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

Benevento, prot. /// del 23/11/2022

OGGETTO: (FASC.G 515/2022) AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER FORNITURA ANNUALE DI STRUMENTI MONOUSO MULTIFUNZIONE ESCLUSIVAMENTE AD ULTRASUONI PER CHIRURUGIA OPEN/LAPAROSCOPICA .

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che, intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerta, per l'affidamento della fornitura di :

FABBISOGNO ANNUALE DI STRUMENTI MONOUSO MULTIFUNZIONE ESCLUSIVAMENTE AD ULTRASUONI PER CHIRURUGIA OPEN/LAPAROSCOPICA .

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse /offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione per almeno **15 giorni**.

In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa o su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghe forniture in seguito a gare centralizzate.

I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

VEDERE ELENCO E REQUISITI ALLEGATI

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti; in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46 nonché alle norme sulle modalità e metodi di sterilizzazione che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia.

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, previa verifica conformità tecnica dei dispositivi offerti.

IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.gare@pec.ao-rummo.it, entro e non oltre il giorno **16/12/2022 ore 12.00, indicando come oggetto la dicitura (FASC.G515/2022) AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER FORNITURA ANNUALE DI STRUMENTI MONOUSO MULTIFUNZIONE ESCLUSIVAMENTE AD ULTRASUONI PER CHIRURGIA OPEN/LAPAROSCOPICA .**

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
- degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
 - delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
 - dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.

- **DGUE** debitamente compilato

- b) **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;

- Schede tecniche con indicazione del codice prodotto, CND e repertorio **senza prezzo**.

NON INVIARE OFFERTA

V- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica, e per le ditte ammesse alla fase successiva, alla richiesta delle offerte economiche.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato a mezzo scambio di lettere.

VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RUP

Il trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti manifestanti l'interesse e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Titolare del trattamento è l'Azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati e nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dal d.lgs. n. 196/2003. Con la presentazione della manifestazione di interesse, il legale rappresentante pro tempore del soggetto interessato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il soggetto interessato si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche, di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Azienda, per le finalità sopra descritte.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
(D.ssa Maria Nicoletta Mercuri)

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Di seguito riportate le caratteristiche minime dei presidi con appovvigionamento annuo:

- Strumento monouso sterile per chiusura vasi fino a 7 mm di diametro, con branca attiva lungh. mm 19 circa, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, cavo integrato stelo rotante a 360°, diametro 5 mm lunghezza utile cm 36 circa.
PEZZI N° 24

- strumento monouso sterile per chiusura vasi fino a 7 mm di diametro, con branca attiva lungh. mm 19 circa, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, cavo integrato stelo rotante a 360°, diametro 5 mm lunghezza utile cm 20 circa.

PEZZI N°24

Strumento monouso sterile, impugnatura palmare, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, branca inerte lungh. mm 16 circa, lunghezza utile cm 9 circa **PEZZI N° 36**

- Cavi/manipoli poliuso per le forbici per gli strumenti descritti al punto C da fornire in sconto merce. **PEZZI N° 1**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito N°1 generatori completi di ogni accessorio riutilizzabile necessario al loro impiego (carrello, pedaliera, ecc.) e di servizio di manutenzione tipo "full-risk" così articolato: visite di manutenzione preventiva e correttiva SW e HW; ogni tipo di intervento manutentivo sull'apparecchiatura dovrà essere effettuato esclusivamente da personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla casa costruttrice dei generatori; manutenzione sia preventiva che programmata, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell'apparecchiatura offerta e dei relativi accessori, secondo tutte le norme di sicurezza e funzionalità vigenti. Aggiornamento tecnologico obbligatorio durante il periodo della fornitura sia per quanto riguarda l'hardware che il software.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire corso di formazione da parte di personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori dell'A.O.R.N., relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo sia ai dispositivi consumabili che ai generatori e relativi accessori.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire assistenza post-vendita sia ai dispositivi consumabili che alle apparecchiature e relativi accessori. Si richiede relazione documentata del programma di assistenza all'utilizzo dei dispositivi ed alle apparecchiature effettuata da personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori dell'A.O.R.N., relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo sia ai dispositivi consumabili che alle apparecchiature e relativi accessori, da espletarsi anche in sala operatoria su semplice richiesta degli utilizzatori per l'intero periodo contrattuale.

I dispositivi devono permettere di effettuare contemporaneamente la dissezione, il coagulo dei vasi fino a 5 e/o 7mm di diametro e il taglio dei tessuti, utilizzando esclusivamente energia ad ultrasuoni.

La tecnologia adattarsi al tessuto per permette di lavorare in maggiore sicurezza contro la maniera più efficace il sanguinamento e minimizzando il danno termico laterale.

