



AZIENDA

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Direttore Dott.ssa. Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 0824 - 57539 - Fax 0824 57572

e-mail laura.alfano@ao-rummo.it

ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"

BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL'ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

VERBALE N 5 DEL 23/11/2022

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

FASC. ALFA 281 /2022 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE ATTIVAZIONE SUL PORTALE SIAPS SORESA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI SENSORI SPO2-PER SATURAZIONE DI OSSIGENO

L'anno duemilaVENTIDUE, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE, presso gli uffici dell'Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad. "Direzione e Servizi Generali") dell'Azienda Ospedaliera San Pio Via dell'Angelo, 1, Benevento,

Premesso come risulta dal **VERBALE DI GARA N°1 DEL 29/08/2022**:

-che è pervenuta richiesta dal Direttore della U.O. Farmacia per la fornitura di SENSORI SPO2-PER SATURAZIONE DI **OSSIGENO**, e che, pertanto, si è provveduto con Deliberazione 376 del 22/07/2022, ad indire una gara a procedura negoziata, preceduta da un Avviso di manifestazione di Interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, da espletare sulla piattaforma SIAPS " Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità", raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa Spa, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs n° 50/2016, previa valutazione di conformità da parte della UOS Ingegneria Clinica;

-che si è proceduto a creare la gara de qua sul Portale SIAPS-So.Re.Sa. ed è stata fissata la data presentazione offerte al 23/08/2022 ore 12:00:

-che il Seggio di gara ha verificato che sono pervenute, tramite il Sistema informatico, le manifestazioni di interesse da parte delle seguenti ditte:

- | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| 1)ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S. | 05067060011 | 05067060011 | Moncalieri | | |
| | ALEASAS@LEGALMAIL.IT | Ammissa | 03/08/2022 09.23.06 | PI068101-22 | |
| 2)SC MEDICAL SERVICE SRL | 08416251216 | 08416251216 | Marano di Napoli | scmedicalservice@pec.it | Ammissa |
| | 05/08/2022 10.48.03 | PI069440-22 | | | |
| 3)FUTURA HOSPITAL SAS | 05206041211 | 05206041211 | Marano di Napoli | info@pec.futurahospital.it | Ammissa |
| | 05/08/2022 12.19.48 | PI069489-22 | | | |
| 4)A.G.A. BIOMEDICA SRL | 01128810650 | 01128810650 | Cava de' Tirreni | agabiomedica@pec.it | Ammissa |
| | 05/08/2022 12.43.29 | PI069506-22 | | | |
| 5)SCOGNAMIGLIO srl | 01409770631 | 01409770631 | Napoli | scognamiglio.sas@pec.it | Ammissa |
| | 05/08/2022 12.49.43 | PI069513-22 | | | |
| 6)MEDTRONIC Italia spa | 09238800156 | 09238800156 | Milano | medtronicitalia.gare@legalmail.it | Ammissa |
| | 09/08/2022 10.43.43 | PI070138-22 | | | |
| 7) GE Medical Systems Italia S.p.A. | 93027710016 | 03663500969 | Milano | gems@legalmail.it | Ammissa |
| | 19/08/2022 09.32.28 | PI071239-22 | | | |

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"

Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"

Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

-che il Seggio di gara, ha proceduto allo sblocco telematico della documentazione amministrativa richiesta, allegata dalle suddette concorrenti e trovando conforme la stessa, ha concluso gli esiti di tale verifica ed ha stabilito di procedere, entro breve termine, a predisporre gli inviti sul Portale Siaps.

Considerato che in data 08/09/2022 sono stati formalizzati gli “inviti all'Avviso della gara de qua” ed è stato concesso termine ultimo presentazione offerta fissato al 23/09/2022 ore 12:00;

Preso atto che al termine stabilito hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

DITTA	LOTTO	REGISTRO SISTEMA
MEDTRONIC Italia spa Milano	2,3,5,6,7,8	PI079274-22
A.G.A. BIOMEDICA SRL	8	PI079526-22
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	1,2,3,5,6,7,8	PI082644-22
GE Medical Systems Italia S.p.A.	1	PI082816-22
FUTURA HOSPITAL SAS	4	PI082898-22

Il Seggio di gara, il giorno 03/10 ha pubblicato “Avviso di seduta virtuale” per il giorno 5/10 ore 10:00, presso la sede dell'A.O. "San PIO" sita in Benevento - Via dell'Angelo,1 - UOC P.E.- con modalità remoto;

Premesso, ancora, come risulta dal **VERBALE N 2 DEL 05/10/2022**:

-che alle ore 10:23 circa, il Seggio di gara, ha proceduto al download della documentazione AMMINISTRATIVA presentata dagli operatori partecipanti alla gara de qua, che si è riservato di valutare in seduta riservata.

Premesso, ancora, come risulta dal **VERBALE N 3 DEL 11/10/2022**

-che il Seggio di gara comunica che la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti è conforme.

-che il giorno 19/10/2022, alle ore 10:00, circa, presso la sede dell'A.O. "San PIO" sita in Benevento - Via dell'Angelo,1 - UOC P.E.- si sarebbe tenuto con modalità remoto, l'apertura della **DOCUMENTAZIONE TECNICA** relativa alla gara de qua.

Premesso, ancora, come risulta dal **VERBALE N 4 DEL 19/10/2022**

-che alle ore 10:12, il Seggio di gara ha proceduto al download della **DOCUMENTAZIONE TECNICA** e alla successiva trasmissione delle stesse, per competenza, alla UOS Ingegneria Clinica, al fine della valutazione di conformità dei dispositivi offerti dalle ditte partecipanti alla gara de qua.

In data 21/11/2022 l'Ingegneria Clinica ha trasmesso valutazione tecnica dei sensori offerti dalle ditte di cui all'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Seggio di Gara comunica che in data 25/11/2022, ore 10:00 circa, procederà, con seduta virtuale, al download dell'offerta economica.

Il presente verbale consta di n°2 (pagine),

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale alle ore 10:38.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sulla Piattaforma SIAP-SORESA;

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

(firmato) PRESIDENTE-Dott. Giovanni Farinacci-Dirigente UOC Provveditorato/ECONOMATO

(firmato) TESTIMONE Dott.Michele Savino Collaboratore Amministrativo

(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura Alfano Assistente Amministrativo

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “*Gaetano Rummo*”
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*”
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

FORNITURA BIENNALE DI SENSORI SPO2 (FASC. ALFA 281/2022)

N Lotti	Fornitore	Produttore	Codice	Parere
Lotto 1	Ge Medical Systems	Ge Medical Systems	TS-AP-25	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0190J-S	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
Lotto 2	Medtronic	Covidien	904-N	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0026M-LPS	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
Lotto 3	Medtronic	Covidien	MAX-N	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0026M-LS	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
Lotto 4	Futura Hospital sas	Masimo	4003	Conforme
Lotto 5	Medtronic	Covidien	MAX-P / MAX-I	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0026K-LTS	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
Lotto 6	Medtronic	Covidien	MAX-AL-I	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0026J-LTS	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
Lotto 7	Medtronic	Covidien	MAX.AL.I. / MAX-AL	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0026J-LTS	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
Lotto 8	Medtronic	Covidien	901-A	Conforme
	Alea di Dadone Silvio ec s.a.s	Shenzhen Med-link Electronics Tech Co	S0005J-S	Non Conforme – Dispositivo compatibile non validato e testato dal Produttore del Monitor Multiparametrico
	Aga Biomedica Srl	Nihon Kohden	P203A	Conforme