



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO  
BENEVENTO

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  
Fax 082457572  
ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it

**OGGETTO : ACQUISTO SISTEMA DI EMOSTATICO TOPICO PER LA UOC DI CHIRURGIA  
D'URGENZA FASC ALFA 110/2023**

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che, intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerta, per l'affidamento della fornitura una tantum di:

|                           |             |                               |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| Emostatico 100 pz         | CND C900199 | SISTEMA EMOSTASI-ALTRI        |
| Cannula/applicatore 100pz | CND M040599 | MEDICAZIONI EMOSTATICHE-ALTRE |

**La fornitura de qua deve corrispondere alle caratteristiche e indicazioni come dettagliate nell'allegato al presente atto.**

**NON INVIARE OFFERTA ECONOMICA**

si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica e solo successivamente sarà chiesto l'invio dell'offerta economica alle imprese i cui dispositivi siano stati ritenuti conformi e, dunque, all'apertura delle offerte economiche.

**La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.**

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse /offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs n. 50/2016 ( procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione.

In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

**Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

**L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa o su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghe forniture in seguito a gare centralizzate.**

#### I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.

#### II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

|                           |             |                               |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| Emostatico 100 pz         | CND C900199 | SISTEMA EMOSTASI-ALTRI        |
| Cannula/applicatore 100pz | CND M040599 | MEDICAZIONI EMOSTATICHE-ALTRE |

**La fornitura de qua deve corrispondere alle caratteristiche e indicazioni come dettagliate nell'allegato al presente atto.**

**Offerta tecnica-** ciascuna azienda potrà inviare ulteriore documentazione e certificazioni ritenute utili per la valutazione.

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti in funzione della destinazione d'uso: in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs 137/2022, nonché alle norme sulle modalità e metodi di sterilizzazione, che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia.

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc...

Le schede tecniche di prodotto devono indicare codice prodotto, CND e Repertorio come da **modello di offerta tecnica senza prezzo allegato.**

#### III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, previa valutazione di conformità di quanto offerto ad opera dei clinici utilizzatori.

Non saranno ammesse offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate od espresse in modo indeterminato.

#### IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione, all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it**, **entro e non oltre il giorno 16/03/2023 ore 10:00**, indicando come oggetto la dicitura **ACQUISTO SISTEMA DI EMOSTATICO TOPICO PER LA UOC DI CHIRURGIA D'URGENZA FASC ALFA 110/2023.**

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

**Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

- ⇓ degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
- ⇓ delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

**Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

↓ dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.

- **DGUE** debitamente compilato

- **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;

- Schede tecniche con indicazione del codice prodotto, CND e repertorio come da modello offerta tecnica senza prezzo allegato.

#### V- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e solo successivamente sarà chiesto l'invio dell'offerta economica alle imprese i cui dispositivi siano stati ritenuti conformi e, dunque, all'apertura delle offerte economiche..

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

#### VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUP

Il trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti manifestanti l'interesse e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Titolare del trattamento è l'Azienda ospedaliera " San Pio" di Benevento, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati e nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dal d.lgs. n. 196/2002.

Con la presentazione della manifestazione di interesse, il legale rappresentante pro tempore del soggetto interessato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il soggetto interessato si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche, di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Azienda, per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è individuato nella persona del DIRIGENTE U.O.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO Dott.re Giovanni Farinacci.

IL DIRIGENTE U.O.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
(Dott.re Giovanni Farinacci.)



**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

**Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

Si richiede l'acquisto di emostatico topico in polvere per il controllo dei sanguinamenti arteriosi e venosi in urgenza.

Esso deve essere in particelle di polisaccaride naturale, di origine vegetale al 100% e totalmente biocompatibile, ultraidrofiliche con capacità di assorbimento superiore a 18 volte il proprio peso; tali particelle devono avere dimensione non superiori a 40 micron al fine di essere compatibili con i sistemi di recupero sangue autologo intraoperatorio.

Ulteriori caratteristiche, particolarmente rilevanti, del prodotto richiesto devono essere le seguenti:

- assorbimento completo entro due giorni;
- emostasi realizzantesi in circa due minuti anche in corso di sanguinamenti rilevanti;
- non necessità di particolari accortezze nelle modalità di conservazione e prontezza d'uso;
- **che nelle Instruction for Use (IFU) riporti l'indicazione a prevenire la genesi di aderenze viscerali;**
- compatibilità con cannule dedicate anche per laparoscopia la cui misura deve essere di due tipologie di lunghezza: 12 cm + 0 - 2 cm; 35 cm + 0 - 3 cm;
- il quantitativo di ogni flacone deve essere di tre grammi.

Inoltre, che sia in polvere granulare al fine di applicabilità nelle zone non piane, ossia "anfrattuose", con maggior efficacia rispetto ad analoghi sistemi a "patch" o a "gel" che necessitano di compressione successiva. Maneggevolezza e facilità per utilizzo in chirurgia Videolaparoscopica.

Quantitativi per acquisto una-tantum.

N°100 pezzi ognuno di gr. 3 (tre)

N° 70 Cannule per laparoscopia da 35 cm

N° 30 Cannule da 12 cm