

**AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER  
VITRECTOMIA PER LA UOC DI OCULISTICA (RICHIESTA N.PROT. 733/F/2022)**

**VERBALE DI GARA**

In data 23 Febbraio 2023 la Commissione Tecnica così composta: Presidente: Dott. Giuliano Polichetti; Componenti: Dott. Raffaele Perrotta, Dott.ssa Gerarda Chiavelli, si è riunita presso i locali della UOC Farmacia per valutare la conformità ai requisiti minimi riportati nell'allegato A dei prodotti offerti nella gara **AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA PER LA UOC DI OCULISTICA (RICHIESTA N.PROT. 733/F/2022)**.

Si è proceduto alla valutazione delle schede tecniche inviate dalle ditte offerenti che sono due: Alcon Italia SpA e Fidia Farmaceutici SpA.

La ditta Alcon ha presentato offerta per i lotti 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18.

La ditta Fidia ha presentato offerta per il solo lotto 20.

I lotti 1; 2; 3; 4; 9; 11; 12; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26 risultano deserti.

Per quanto concerne i lotti presentati la valutazione della commissione è stata la seguente:

- LOTTO 5: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 338.25P.
- LOTTO 6: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 705.44.
- LOTTO 7: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 705.47
- LOTTO 8: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 8065149525.
- LOTTO 10: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 705.52.
- LOTTO 13: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 338.23.
- LOTTO 14: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 706.44.
- LOTTO 15: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 706.47.
- LOTTO 16: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 8065149523.
- LOTTO 17: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 706.52.
- LOTTO 18: Ditta offerente Alcon: prodotto conforme con codice attribuito dal produttore 8065900111.
- LOTTO 20: Ditta offerente Fidia: prodotto conforme con RDM 2133073 (viene riportato il numero di repertorio in quanto non è stato possibile reperire il codice attribuito dal produttore dalla scheda tecnica

Si trasmette in allegato il prospetto di valutazione firmato dai componenti della commissione

Distinti saluti

Presidente della Commissione: Dott. Giuliano Polichetti \_\_\_\_\_

Componente tecnico: Dott. Raffale Perrotta \_\_\_\_\_

Componente tecnico: Dott.ssa Gerarda Chiavelli \_\_\_\_\_

Benevento, 23 Febbraio 2022

---

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO**  
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"  
Via dell'Angelo, 1- 82100 Benevento

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"  
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti

VALUTAZIONE TECNICA DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA

RENTI	DESCRIZIONE PRODOTTI	DITTE OFFERENTI	DITTE OFFERENTI
Fibra ottica con nostro facovirec	arminale wide-field (candeliere) 27G utilizzabile con nostro facovirec omo DORC EVO	DESIGN TO	DESIGN TO
Fibra ottica con nostro facovirec	arminale wide-field (candeliere) 25G utilizzabile con nostro facovirec omo DORC EVO	DESIGN TO	DESIGN TO
Sonda endolaser EVO	25G utilizzabile con nostro facovirectomo DORC	DESIGN TO	DESIGN TO
Sonda endodiar facovirectomo I	armia coassiale 25G utilizzabile con nostro DRC EVO	DESIGN TO	DESIGN TO
Flex loop per peeling	ing della MLI 25G	DITTA OFFERENTE ALCON: PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 338.25P	
Pinze per peeling	imitante interna (tipo Eckhardt) 25G	DITTA OFFERENTE ALCON: PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 705.44	
Pinze cocodrillic	per vitrectomia 25G	DITTA OFFERENTE ALCON: PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 705.42	
Cannule backflus	con punta in silicone 25G	DITTA OFFERENTE ALCON: PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 805.14925	
Cannule backflus	con punta brusher 25G	DESIGN TO	DESIGN TO
Forbici vitreali orizzontali 25G		DITTA OFFERENTE ALCON: PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 705.52	
Sonda endolaser EVO	23G utilizzabile con nostro facovirectomo DORC	DESIGN TO	DESIGN TO
Sonda endodiar facovirectomo I	armia coassiale 23G utilizzabile con nostro DRC EVO	DESIGN TO	DESIGN TO

VALUTAZIONE TECNICA DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTI	DITTE OFFERENTI	DITTI OFFERENTI
13	Flex loop per peeling della MLI 23G	DITTA OFFERENTE ALCON - PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 338.23	
14	Pinze per peeling limitante interna (tipo Eckhardt) 23G	DITTA OFFERENTE ALCON - PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 706.44	
15	Pinze coccodrillo per vitrectomia 23G	DITTA OFFERENTE ALCON - PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 706.47	
16	Cannule backflush con punta in silicone 23G	DITTA OFFERENTE ALCON - PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 8365149928	
17	Forbici vitreali orizzontali 23G	DITTA OFFERENTE ALCON - PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 706.52	
18	Perfluoro carbonato liquido (PFCL)	DITTA OFFERENTE ALCON - PRODOTTO CONFORME CON CODICE CAC 8065900111	
19	Olio di silicone 2000 cts	DESECTO	DESECTO
20	Colorante vitreale a base di triamcinolone	DITTA OFFERENTE FIDIA - PRODOTTO CONFORME CON FARM 2133073	
21	Colorante vitreale a base di luteina cristallizzata	DESECTO	DESECTO
22	Colorante duale per membrana epiretinica e membrana limitante interna a base di luteina	DESECTO	DESECTO
23	Colorante duale per membrana epiretinica e membrana limitante interna con "carrier peg"	DESECTO	DESECTO
24	Banderella di cerchiaggio da 2,5 mm modello 240	DESECTO	DESECTO

ATA