

PROCEDURA APERTA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI DM PER LA
UOSD MAXILLO-FACCIALE –
FASC. CLA 255/2022

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemila VENTITTE', il giorno 28 del mese di MARZO alle ore 12:30, presso l'UOC Farmacia dell'A.O.R.N. San Pio, Via dell'Angelo, 1, Benevento

si riunisce la suddetta Commissione Giudicatrice.

Sono presenti la dott.ssa Emilia Maria Bizzarro, il dott. Francesco De Giulio e il dott. Arturo Lamparelli.

In seguito ad ampia discussione circa la documentazione presentata in relazione al capitolato, i lavori si concludono con l'assegnazione dei punteggi alle offerte delle ditte SELC, MEDIFIX, MENDEL, STRYKER, SVAS, TEKKA E J&J MEDICAL, come da schede allegate.

Il lotto 3 è andato deserto

Per i lotti 1 e 2 la ditta Medifix risulta non conforme per la motivazione riportata nelle schede allegate.

I lavori descritti nel presente verbale vengono conclusi alle ore 14:00

Il presente verbale consta di n. 1 (*una*) pagina.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- ✓ *firmato Presidente: dott.ssa Emilia Maria Bizzarro*
- ✓ *firmato Componente: dott. Francesco De Giulio*
- ✓ *firmato Componente: dott. Arturo Lamparelli*



LOTTO1

Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:

Membrane di collagene riassorbibili. Si richiedono per la sala operatoria di Maxillo Faciale Membrane di collagene riassorbibili, saturabili, biodegradabili, contenente fibre di collagene di tipo I e di tipo III, purificate e ottenute da derma porcino. Indicate nelle procedure di rigenerazione tissutali guidate per la cura di difetti paradontali. La membrana deve presentarsi morbida e modellabile cosicchè possa aderire al tessuto osseo, di elevata resistenza e applicabile da ambo i lati, con mantenimento della funzione di barriera per almeno 4 mesi e che ottimizza il processo di rigenerazione tissutale. Disponibilità di varie misure.

	MAX PUNTI	SELC	MEDIFIX
COMPOSIZIONE MATERIALE E RIASSORBIBILITA'	20		200*
MODELLABILITA' E MORBIDEZZA	20		20
TEMPO DI FUNZIONE BARRIERA	20		20
MISURE	10		10
TOT	70		70

* in scheda tecnica " .. membrana in pericardio di origine equina..."
Non corrispondente a quanto richiesto

U

LOTTO2

Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:**Sostituto osseo in granuli e idrogel.**

Sostituto osseo riassorbibile costituito dal 60 da idrossiapatite e 40% da beta-tricalcio-fosfato. L'uso previsto è per innesto osseo riempitivo, aumentare o ricostruire difetti ossei periperiodontali e orali/maxillo-facciali, sia chirurgici che traumatici. Si richiede in forma porosa, condizione necessaria per gli scambi biologici, specialmente per la crescita lattina e la mineralizzazione ossea. Si richiede in formato a granuli confezionati da 0,5 mm a 1 mm e in siringhe preriempite da 0,5ml.

	MAX PUNTI	SELC	MEDIFIX
COMPOSIZIONE MATERIALE	20		100*
FORMATI	20		20
GRANULOMETRIA E MILLILITRI	20		20
POROSITA'	10		10
TOT	70		60

* motivazione: la composizione del materiale non corrisponde a quanto RICHIESTO

		LOTTO5					
<p><u>Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione.</u> <u>Rilicche e viti orbita</u></p> <p>Sistema per patologie orbitali (da 1,5mm micro) comprendente placche in titanio di ogni tipologia, e misura/codifica a colori, viti in titanio di ogni tipologia, misura/codifica a colori e tutti gli accessori indispensabili al posizionamento in sito dei presidi. (Giravite, manici, frese, lame, terminali per giravite, tronchesi, pannelli in titanio).</p> <p>Il sistema è indispensabile per tutti gli interventi sulla cavità orbitaria (carinamento, parete, tetto).</p>							
ELEMENTI SOGGETTIVA VALUTAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO DI ATTRIBUZIONE							
	MAX PUNTI	M. ENDEL	STRYKER	SVAS	TEKKA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	
COSTITUZIONE IN TITANIO)	20	20	20	20	20	20	20
RIGITA'/MALLEABILITA'	20	20	20	20	20	20	20
MISURE	20	20	20	20	10	20	20
CODIFICA A COLORI	10	10	10	10	10	10	10
TOT	70	70	70	70	60	70	70

		LOTTO4					
<p>Descrizione e requisiti minimi obbligatori, non esclusioni Piacche e viti a mandibola:</p> <p>Sistema per patologia mandibolari (da 2.0mm e da 2.4mm), comprendente piacche in titanio di ogni misura/codifica a coltari e tipo forata, viti in titanio di ogni misura/codifica e tipo forata e tutti gli accessori indispensabili al posizionamento in sito dei presidi. (Cinque file, manici, frese, terminali per stravite, tronchesi, filo d'acciaio malleabile e di diverse misure, pannelli in titanio).</p> <p>Il sistema è indispensabile per tutti gli interventi sulla mandibola.</p> <p>Trapiantologia: Tutte le fratture. fratture per difetto, fratture instabili o instete.</p> <p>Chirurgia ricostruttiva: osteosintesi con bloccaggio a ponte, non a senza innesto o sseo, per ricostruzioni primarie e secondarie (resezioni tumorali, pseudotumorali), chirurgia tumorale ablattiva che richiede la rimozione del condilo mandibolare.</p>							
	MAX PUNTI	MENDEL	STRYKER	SVAS	TEKKA	J & J MEDICAL	
OSTITUZIONE IN TITANIO K	20	20	20	20	20	20	20
IGITA/MALLEABILITA'	20	20	20	20	20	20	20
ISURE	20	20	20	20	10	20	20
ODIFICA A COLORI	10	10	10	10	10	10	10
DT	70	70	70	70	60	70	70

ELEMENTI SOGGETTIVA VALUTAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO DI ATTRIBUZIONE

CUP

Atto indizione

DEL 372/2022

URA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER MAXILLO FACCIALE

PER LA

Commissioni: [Stipite originale](#) [Convezione](#) [Validazione Amministrativa](#) [Validazione Tecnica](#)

[Brevetto](#) [Finis](#) [Allegati](#) [Note](#) [Cronologia](#) [Documenti](#) [TECN](#)

apertura buste tecniche e Scarica Allegati

1 << < > >>

Offerta	Numero Offerta	CIC	Descrizione	Numero Offerte pervenute
P	9429483F85		MEMBRANE DI COLLAGENE	2
P	942951491C		SOSTITUTO OSSEO IN GRANULI	2
P	9429525232		COTONINI ASSORBENTI	
P	9429546386		PLACCHE E VITI MANDIBOLA	5
P	9429559E3D		PLACCHE E VITI ORBITA	5

Tempo stimato di sessione rimanente

28:54 m

123 13:41 02