



**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  
nicoletta.mercuri@ao-rummo.it  
ufficio.gare2@pec.ao-rummo.it

**OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AL  
FABBISOGNO DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CIRCONCISIONE PER LA U.O.C.  
DI UROLOGIA (Fasc. CNZ 206/2023)**

L'Azienda Ospedaliera "SAN PIO" rende noto, con il presente avviso, che intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerte per l'affidamento della fornitura di **N. 50 SUTURATRICI MECCANICHE PER CIRCONCISIONE PER LA U.O.C. DI UROLOGIA (Fasc. CNZ 206/2023)**

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse/offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'avviso è pubblicato sulla Home page del sito istituzionale dell'Amministrazione.

In ogni caso e in qualsiasi momento, l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura e/o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa e su semplice comunicazione, nell'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) o la CONSIP spa , aggiudichino analoghe forniture/servizi in seguito a gare centralizzate.

---

## I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE : n. 50 SUTURATRICI MECCANICHE MONOSUSO PER CINCONCISIONE con le caratteristiche elencate come da allegato :

Destinazione d'uso : U.O.C. di Urologia.

**Offerta tecnica** - ciascuna azienda potrà inviare ulteriore documentazione/certificazioni ritenute utili per la valutazione.

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti in funzione della destinazione d'uso: in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondano ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, nonché alle norme sulle modalità e metodi di sterilizzazione, che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia.

L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.

Le schede tecniche di prodotto devono indicare codice prodotto, CND e repertorio come da modello di offerta tecnica senza prezzo allegato.

## III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, previa valutazione di compatibilità/conformità dei prodotti.

Non saranno ammesse offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate od espresse in modo indeterminato.

## IV-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC, all'indirizzo **ufficio.gare2@pec.ao-rummo.it**, entro e non oltre il giorno **24/05/2023 ore 12:00** indicando come oggetto la seguente dicitura: **AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AL FABBISOGNO DI SUTURATRICI PER CIRCONCISIONE PER LA UOC DI UROLOGIA**

*(Fasc. CNZ 206/2023)*

**(NON INVIARE, IN QUESTA PRIMA FASE, ALCUNA OFFERTA ECONOMICA)**

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della impresa concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
    1. degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale specifico con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato, anche in via non esclusiva;
    2. delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
    3. dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi;
  - **DGUE** debitamente compilato;
-

- **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 giorni dalla data fattura;
- **schede tecniche di prodotto** con indicazione del codice prodotto, CND e repertorio come da modello offerta tecnica senza prezzo allegato.

#### V -AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica e, successivamente, si provvederà a richiedere l'invio delle offerte economiche alle imprese i cui dispositivi siano stati ritenuti conformi e, dunque, all'apertura delle offerte economiche.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato a mezzo scambio di lettere.

#### VI-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUP

Il trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti manifestanti l'interesse e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Titolare del trattamento è l'Azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati e nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dal d.lgs. n. 196/2003. Con la presentazione della manifestazione di interesse, il legale rappresentante pro tempore del soggetto interessato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il soggetto interessato si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche, di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Azienda, per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella persona della Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore della UOC Provveditorato/Economato.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROVVEDITORATO/ECONOMATO

DR.SSA MARIA NICOLETTA MERCURI



**Oggetto: Richiesta N. 50 suturatrici meccaniche monouso per circoncisione**

Al fine di eseguire interventi di circoncisione in maniera precisa, sicura e veloce, si richiedono N. 50 suturatrici meccaniche monouso per la circoncisione aventi con le seguenti caratteristiche minime:

- Dispositivo dal design a forma di pistola per essere usato facilmente con una sola mano
- Supporto poggia dito in silicone per facilitarne l'uso
- Leva di sicurezza per evitarne l'azionamento accidentale
- Finestra indicatrice, sul dorso del dispositivo, ad indicare il corretto posizionamento sul prepuzio prima dell'azionamento
- Involucro trasparente che permette di osservare quanto tessuto si andrà a recidere
- Applicazione di un anello di silicone, al di sotto della sutura, che permette e aiuta la caduta spontanea delle spillette metalliche da una a quattro settimane
- Presente in almeno sei misure differenti in base al diametro dell'area trattata, dalla 13 mm alla 34 mm