



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello**

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
DIRETTORE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  
Tel. 082457540 Fax 082457572  
e-mail: [gennaro.privitera@ao-rummo.it](mailto:gennaro.privitera@ao-rummo.it)  
pec: [ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it)

Benevento, 19/05/2023

**OGGETTO : AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA IN USO DI UN SISTEMA PER LA MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANORETTALE AD ALTA RISOLUZIONE E PER PH-IMPEDENZOMETRIA ESOFAGEA CON MANUTENZIONE E CONSUMABILI (FASC. PRIV 226/23).**

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che, intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerta, per la fornitura e assistenza di:

- SISTEMA PER MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANORETTALE AD ALTA RISOLUZIONE 3D E PER IMPEDENZOMETRIA ESOFAGEA
- **CONSULTARE L'ALLEGATO CAPITOLATO TECNICO**

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse/offerte, l'affidamento sarà effettuato a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).

Il presente Avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione per **almeno 15 gg.**

In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.

**L'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva, infine, di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa o su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione della fornitura la SO.RE.SA. S.p.A. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghe forniture in seguito a gare centralizzate.**

**I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

**II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il prodotto e servizio offerto dovrà essere conforme alle normative vigenti;

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

**Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

### III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016, previa verifica conformità tecnica dei dispositivi offerti.

### IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it, entro e non oltre il giorno **08.06.2023 ore 10**, indicando come oggetto la dicitura **AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA IN USO DI UN SISTEMA PER LA MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANORETTALE AD ALTA RISOLUZIONE E PER PH-IMPEDENZOMETRIA ESOFAGEA FASC. PRIV. 226/23**

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
  - degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
  - delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
  - dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.
- **DGUE debitamente compilato**
- **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;
- Schede tecniche con indicazione del codice prodotto, CND e repertorio **senza prezzo**.

### V- AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'esame della documentazione amministrativa e solo successivamente sarà chiesto l'invio dell'offerta economica.

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 50/2016.

### VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI R RUP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Dlgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale.

Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti nel procedimento da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n. 196/2003.

*Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è individuato nella persona della D.ssa Maria Nicoletta Mercuri.*

**IL DIRIGENTE U.O.C. P.E.**  
**(D.ssa Maria Nicoletta Mercuri)**

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

## CAPITOLATO TECNICO

### SISTEMA PER MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANORETTALE AD ALTA RISOLUZIONE 3D E PER PH-IMPEDENZOMETRIA ESOFAGEA

#### LOTTO UNICO: Caratteristiche tecniche richieste:

- N. 1 Sistema per manometria ad alta risoluzione a stato solido con carrello medicale dedicato;
- N. 1 Modulo di acquisizione per manometria anorettale 3D;
- N. 1 Catetere Anorettale pluriuso ad Alta Risoluzione allo Stato Solido 3D composto da almeno 250 canali per una visualizzazione real time della distribuzione pressoria a 360°(3D in real time);
- Garanzia minima di almeno 200 utilizzi sul catetere;
- N. 1 Catetere Esofageo pluriuso ad alta risoluzione formato da 36 canali disposti ad una distanza di 1cm l'uno dall'altro;
- Garanzia minima di almeno 250 utilizzi sul catetere;

N.1 sistema per pH e pH-Impedenza ambulatoriale per lo studio e la valutazione del reflusso gastro-esofageo nelle 24 ore;

- Il sistema deve dialogare con quello della manometria esofagea;

Il Sistema deve essere composto da:

- pH-Z Recorder con visualizzazione real-time dei valori di pH e possibilità di inserimento degli eventi da parte del paziente;
- Software di analisi;
- Sondini monouso di pH e pH-impedenza con 6 canali di impedenza e 2 canali di pH con possibilità di leggere anche reflussi debolmente acidi e prossimali e il pH intragastrico;
- Kit di calibrazione;
- Soluzioni tampone;

---

Si precisa che il numero di manometrie esofagee è stimabile in circa 120/anno; quello delle manometrie ano-rettali è stimabile in circa 60/anno. Infine il numero delle ph-impedenziometrie è stimabile in circa 60/anno.