

**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello**

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2

Preso d'atto relazione tecnica relativa all'AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA ANNUALE DI PLACCHE PERIPROTESICHE. (FASC.G 176/2023)

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di Maggio presso la sede dell'U.O.C. Provveditorato Economato dell'A.O. " S. Pio" sita in Via dell'Angelo ,1 si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara così composto :

D.ssa M. Nicoletta Mercuri – Presidente

Sig.ra Giovanna De Marco – Segretario

Sig.ra Cinzia Fiamma - Testimone

Il Seggio di gara:

letto il verbale di gara n.1 del 05/05/2023 dal quale si evince:

- che il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera ha trasmesso una richiesta per la fornitura annuale di PLACCHE PERIPROTESICHE;
- che dopo l'esame della documentazione amministrativa inviate da n.4 ditte,risultate essere conformi,trasmette le schede tecniche inviate dalle stesse al Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, per la relazione tecnica;

letta la relazione tecnica dalla quale si evince quanto segue:

"Per il sistema offerto dalla ditta omissis si rileva che le placche offerte hanno una lunghezza massima di 245mm. ritenuta non sufficiente per fratture più distali;la fissazione del cerchiaggio avviene mediante un dispositivo di bloccaggio esterno alla placca e non solidale ad essa.

Per il sistema offerto dalla ditta omissis si rileva che la fissazione del cerchiaggio avviene mediante dispositivo esterno alla placca e non solidale ad essa, inoltre la placca più corta del sistema è di 125mm. quindi troppo lunga per fratture trocanteriche.

Per il sistema offerto dalla ditta omissis vengono offerti due sistemi di cui il Variable Angle LCP che risulta in acciaio e la TRD disponibile solo in due versioni: o piccola o larga.

Per il sistema offerto dalla ditta omissis viene offerto il Cable Ready che offre una gamma di placche che va da 53 a 261mm.,dando la possibilità di trattare qualunque tipo di frattura e/o revisione. Inoltre si ha la possibilità di disporre di cavi passanti attraverso la placca con serraggio preassemblato sulla medesima placca consentendo un costruito solidale placca-cavo. Alla luce di quanto suddetto, va rilevato che il sistema più adeguato e completo risulta essere quello offerto dalla ditta omissis."

decide di escludere le ditte omissis e di ammettere alla fase successiva, richiesta offerta economica, la ditta omissis.

Del che è verbale,letto,approvato e sottoscritto dai componenti.

**IL SEGRETARIO
FIRMATO**

**IL PRESIDENTE
FIRMATO**

**IL TESTIMONE
FIRMATO**

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628