



AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA DI II Livello

VERBALE DEL 02/08/2023

SEDUTA RISERVATA - VALUTAZIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AMBULANZE ATTREZZATE PER IL TRASPORTO, IL TRATTAMENTO AVANZATO ED IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI

Premesso

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 10.02.2023, è stata indetta la Procedura Aperta per la fornitura di n. 3 ambulanze - Fondi D.G.R.C. 378/2020;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 07.06.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, confermata con Deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 16.06.23, nella composizione di seguito dettagliata:
 - il Direttore U.O.C. DMP Dott. Pasquale Di Guida (Presidente);
 - il Coll. Tecnico della U.O. Ing. Clinica Ing. Federica Caraco' (Componente);
 - il Dirigente Ing. U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio Ing. Orazio Guida (Componente).

Tanto sopra premesso, in esito alla auto convocazione fissata a conclusione della seduta del 27 luglio, in data odierna si è riunita, per il prosieguo dei lavori, la Commissione giudicatrice di gara.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:15 nominando l'Ing. Federica Caraco' quale segretaria verbalizzante.

In primis si richiamano le attività iniziate il giorno 28 luglio - dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - presso la UOC Direzione Medica di Presidio sita al 1° piano del Padiglione "Gaetano Rummo" (Benevento).

La seduta poi si avvia esaminando la restante documentazione del Lotto 2 prodotta dagli Operatori Economici (O.E.) *Orion srl, Maf di Mariani Alfredo e figlio srl e Odone srl*, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti in gara.

I documenti di gara presi in esame sono:

- l'Allegato E della Deliberazione n. 118 del 10.02.23 punto 14a "Offerta tecnica"
- Allegato A2: Ambulanza di Tipo C "Caratteristiche tecniche minime".

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Con riguardo a quanto sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Per l'O.E. *Maf di Mariani Alfredo e figlio srl*:

- 1) nel Capitolato Speciale è riportato che *"Il concorrente dovrà produrre idonea certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2014 inerente agli ancoraggi"* per determinati requisiti; nella documentazione presentata è presente la dicitura *"vedi scheda tecnica allegata"* ma non è presente alcun allegato, di conseguenza non è possibile verificare la sussistenza dei requisiti minimi;
- 2) non è presente alcuna relazione tecnica dei servizi/forniture offerte (come da Allegato E della Deliberazione n. 118 del 10.02.23 punto 14a *"Offerta tecnica"*).

Pertanto la Commissione concorda che l'O.E. *Maf di Mariani Alfredo e figlio srl* non comprova il possesso di tutti i requisiti minimi previsti dall'Allegato A2 Ambulanza di tipo C e dall'Allegato E, quindi NON CONFORME.

- Per l'O.E. *Odone srl*:

- 1) nel Capitolato Speciale è riportato che *"Il concorrente dovrà produrre idonea certificazione di avvenuta prova e verifica relativamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 1789:2014 inerente agli ancoraggi"* per determinati requisiti; nella documentazione presentata non è presente alcuna certificazione a riguardo;
- 2) non è presente alcuna relazione tecnica dei servizi/forniture offerte (come da Allegato E della Deliberazione n. 118 del 10.02.23 punto 14a *"Offerta tecnica"*).

Pertanto la Commissione concorda che l'O.E. *odone srl* non comprova il possesso di tutti i requisiti minimi previsti dall'Allegato A2 Ambulanza di tipo C e dall'Allegato E, quindi NON CONFORME.

- Per l'O.E. *Orion srl*: la Commissione rileva che la documentazione trasmessa contiene tutte le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti minimi riguardanti i fabbisogni presenti in gara, quindi CONFORME.

La Commissione termina i lavori alle 16:40.

Del che verbale consta di 1 pagina e 2 facciate, che previa lettura, è sottoscritta da presenti per approvazione.

PRESIDENTE Direttore U.O.C DMP Dott. Pasquale Di Guida;

COMPONENTE Coll. Tecnico dell'U.O. Ing. Clinica Ing. Federica Caraco';

COMPONENTE Dirigente Ing. U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio Ing. Orazio Guida.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628