

ESTRATTO VERBALE N. 2

**AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
ACQUISTO FILI GUIDA IDROFILICI
PER LA UOC DI UROLOGIA
(RIF. FASC. CNZ 382.2023)**

L'anno duemilaventitre il giorno 06 del mese di novembre presso la UOC Provveditorato/Economato, sita al 3° piano della Palazzina degli Uffici amministrativi dell'A.O. San Pio alla Via dell'Angelo n. 1- Benevento, il RUP Dr.ssa Maria Nicoletta Mercuri, assistito dalla sig.ra Cinzia Fiamma, con funzioni di segretario e dalla sig.ra Giovanna De Marco, con funzioni di testimone, si è riunito per decidere in merito all'aggiudicazione provvisoria della predetta fornitura.

Premesso :

che con nota n. prot. 910/F del 14.09.2023 il Direttore della U.O.C. Farmacia, trasmetteva richiesta di acquisto a firma del Direttore della U.O.C. di Urologia, di fili guida idrofilici, tipo roadrunner, indispensabili per l'esecuzione di diverse procedure endourologiche di elevata complessità;

che pertanto, a seguito della pubblicazione sul sito aziendale di un avviso per manifestazione di interesse/offerta alla scadenza temporale fissata per il giorno 16.10.2023 ore 12:00, sono pervenute le documentazioni richieste da parte delle ditte "omissis", "omissis", ed "omissis" ;

che il RUP Dr.ssa Maria Nicoletta Mercuri, assistito da Cinzia Fiamma, con funzioni di segretario e da Giovanna De Marco con funzioni di Testimone, ha verificato che la documentazione amministrativa presentata dalle suindicate ditte fosse conforme a quanto richiesto;

che pertanto, si è proceduto all'inoltro delle schede tecniche pervenute da parte delle ditte medesime, per la valutazione di conformità tecnica all'UOC di Farmacia;

Rilevato

che il Direttore della all'UOC di Farmacia con note n. prot. 1050/F/del 27.10.2023 e del 2.11.2023 ha riscontrato che i fili guida idrofilici proposti dalla ditta "omissis", sono conformi ed idonei, rispetto a quelli offerti dalle altre ditte per i seguenti motivi :

- 1) Lunghezza della punta di 8 cm
- 2) Rivestimento slip-coat

"Tali caratteristiche, cioè l'estrema idrofilicità e la punta notevolmente lunga e flessibile, consentono una più agevole progressione del filo guida (che nella pratica chirurgica aiuta a superare ostacoli altrimenti invalicabili), in corso di uretroscopia in presenza di stenosi serrata/calcolosi dell'uretere.

Al tempo stesso, tali guide riducono praticamente a zero il rischio di creazione di "false strade" e principalmente di "perforazioni" dell'uretere o della via escretrice superiore. Questi presidi sono inoltre dotati di un dispositivo, che rende più agevole ed accurato il controllo direzionale del filo guida".

che pertanto,

si procederà a richiedere alla ditta "omissis", l'invio con pec dell'offerta economica, come da modello allegato.

Il RUP Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, assistito dalla sig.ra Cinzia Fiamma, con funzioni di segretario e dalla sig.ra Giovanna De Marco, con funzioni di testimone conclude le operazioni di verifica del presente verbale, il cui estratto viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto dai componenti.

- | | | | |
|----|---------------|-----------------------------|---------|
| 1) | Il Presidente | Dr.ssa M. Nicoletta Mercuri | Firmato |
| 2) | Il Testimone | Sig.ra Giovanna De Marco | Firmato |
| 3) | Il Segretario | Sig.ra Cinzia Fiamma | Firmato |

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111