

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

CONCLUSIONI VALUTAZIONE OFFERTE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI COLONNE ENDOSCOPICHE DESTINATE AL P.O. RUMMO DELL’A.O. SAN PIO DI BENEVENTO – LOTTO 1: COLONNA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DA DESTINARE ALL’UOC OTORINOLARINGOIATRIA - LOTTO 2: COLONNA PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DA DESTINARE ALL’UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA

La Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 827 del 15 Settembre 2023, riunitasi in più sedute riservate, in data 10 novembre 2023 ha concluso le operazioni di verifica e valutazione delle offerte, riguardante la procedura per la fornitura “chiavi in mano” di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento suddivisa in due Lotti indipendenti indetta con Delibera n 214 del 09/03/2023, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara, pena l'esclusione dell'offerta e successivamente attribuire i punteggi tecnici per le sole offerte ammesse alla seconda fase (Valutazione qualitativa delle offerte).

LOTTO 1

L’unico operatore economico partecipante alla procedura di gara per il Lotto 1 è la società SINCRONIS SRL.

La società SINCRONIS SRL ha prodotto un offerta tecnica che risultata conforme ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto ammessa al prosieguo delle operazioni di gara per l’attribuzione dei punteggi tecnici, valutazione qualitativa dell’offerta.

L’esito dell’esame della documentazione tecnica che forma parte integrale e sostanziale del presente verbale è riportata nell’allegata griglia dei “Allegato Parametri a punteggio Lotto 1”.

CONCLUSIONI LOTTO 1

| <i>Ditta Fornitrice</i> | <i>Punti T</i> | <u>Riparametrazione Punteggi Tecnici</u> |
|-------------------------|----------------|--|
| SINCRONIS SRL | 50.25 | 70 |

LOTTO 2

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara per il Lotto 2 sono: MENDEL SRL e TECSUD SRL;

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Gli operatori economici MENDEL SRL e TECSUD SRL hanno prodotto offerte tecniche che sono risultate conformi ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto ammesse al prosieguo delle operazioni di gara per l'attribuzione dei punteggi tecnici, valutazione qualitativa delle offerte.

L'esito dell'esame della documentazione tecnica che forma parte integrale e sostanziale del presente verbale è riportata nell'allegata griglia dei "Allegato Parametri a punteggio Lotto 2".

CONCLUSIONI LOTTO 2

| <i>Ditta Fornitrice</i> | <i>Punti T</i> | <u>Riparametrazione Punteggi Tecnici</u> |
|-------------------------|----------------|--|
| MENDEL SRL | 42.25 | 70 |
| TECSUD SRL | 32 | ESCLUSO |

La Società TECSUD SRL non ha raggiunto la soglia minima del 50% del punteggio tecnico massimo disponibile, pertanto è esclusa dalla gara.

La Commissione con la seduta odierna, dichiara di aver terminato i lavori riguardanti la valutazione tecnica.

I lavori si concludono alle ore 10:30.

Il presente verbale consta di n°2 (due) pagine, nonché delle schede di valutative "ALLEGATO Parametri a punteggio Lotto 1" e "ALLEGATO Parametri a punteggio Lotto 2" che ne costituiscono parte integrante.

Del ché è verbale

La presente per il prosieguo della procedura.

LA COMMISSIONE

Presidente Dott. Mario Annicchiarico _____

Componente Dott. Francesco Giangregorio _____

Componente Dott. Per. Ind. Furno Cosimo _____

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

| Procedura aperta per la fornitura "chiavi in mano" di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell'A.O. San Pio di Benevento – Lotto n.1 : Colonna endoscopica per UOC Otorinolaringoiatria Allegato B1_1 Parametri a punteggio | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| Ditta fornitrice | | SINGRONIS SRL | |
| Ditta costruttrice | | XION MEDICAL | |
| Parametro | Descrizione parametro | Criterio D (discrezionale) | Massimo Punteggio tecnico parziale (Pmax;n) |
| 1 | Qualità del Videoprocessore 4K | <p>Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggior numero e migliori funzioni di controllo e regolazione dell'immagine • possibilità di personalizzare le funzioni • numero e tipo di uscite video • possibilità di collegamenti a dispositivi esterni o di remotizzazione degli stessi • completezza dell'apparecchiatura • Sistema integrato enfattizzazione e vascolare di tipo elettronico | 18 |
| 2 | Qualità della Fonte Luce 4K | <p>Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possibilità di regolazione della luminosità della lampada • Fonte led integrata sincronizzata per endoscopia e stroboscopia 6000 K • maggiore potenza e completezza, • maggiore durata • facilità nei controlli • Integrazioni | 5 |
| 3 | TESTA DI TELECAMERA 4k | <p>Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualità dell'immagine • Maggiori e tipologia delle funzioni • Ampiezza della scala cromatica • Ingrandimenti • Integrazioni | 15 |
| | | | 13,5 |
| | | | PIU CHE ADEGUATO |
| | | | 3,75 |
| | | | PIU CHE ADEGUATO |
| | | | 11,25 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Comandi sulla testina • Compatibilità con diversi endoscopi • Zoom ottico ed elettronico • Tasti multifunzione | | | PIU CHE ADEGUATO |
| 4 | MONITOR 27" LCD 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • qualità dell'immagine • integrazione con il sistema • maggiore dimensioni della finestra utile alla visualizzazione immagine in relazione ai pollici del monitor | 5 | | 3,75 PIU CHE ADEGUATO |
| 5 | Qualità del SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente: <ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna; • Qualità dell'acquisizione • Qualità della memorizzazione • Tipologie di ingressi ed uscite • Sistema di archiviazione e gestione pazienti completo di software voce e deglutizione e Sistema di stampa • Software unico per analisi vocale con software elettrologografico, spettrogramma, fonetogramma e per indagini e cartella deglutizione | 8 | | 6 PIU CHE ADEGUATO |
| 6 | Qualità del Carrello medicale per l'alloggiamento agevole dei moduli | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • peso contenuto • agevole trasportabilità • numero di ripiani • materiali costruttivi • maggiore potenza del gruppo di continuità • dotazione dei cassetti • maggiore accessoristica | 3 | | 2,25 PIU CHE ADEGUATO |
| 7 | Videoendoscopio flessibile adulti | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • Angolo visione • Cromoendoscopia e stroboscopia contemporaneamente • Microfono integrato per stroboscopia • Spessore e maneggevolezza | 4 | | 3 PIU CHE ADEGUATO |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------------------|
| 8 | Videoendoscopio flessibile pediatrico | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a; <ul style="list-style-type: none"> • Maggior Angolo visione • Cromoendoscopia e stroboscopia contemporaneamente • Microfono integrato per stroboscopia • Spessore e maneggevolezza | 6 | 4,5 |
| 9 | Ottiche rigide | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a; <ul style="list-style-type: none"> • Maggiore Definizione • Migliore Resistenza agli urti | 3 | 2,25 |
| 10 | Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti | Verranno valutati eventuali elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti | 3 | 0 |
| Totale punteggio tecnico | | | | 50,25 |
| | | | | PIU CHE ADEGUATO |
| | | | | PIU CHE ADEGUATO |
| | | | | INADEGUATO |

Dott. Mario Anzecchiarico _____

Dott. Franco Giangregorio _____

Dott.Per.Ind. Cosimo Furno _____

Procedura aperta per la fornitura "chiavi in mano" di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell'A.O. San Pio di Benevento –
 Lotto n.2: Colonna endoscopica per UOC GINECOLOGIA.

Allegato B1_2 Parametri a punteggio

| Ditta fornitrice | | M.END.EL. SRL | TECSUD SRL |
|--------------------|--|--|--|
| Ditta costruttrice | | KARL STORZ | SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS |
| Parametro | Descrizione parametro | Massimo Punteggio tecnico parziale (Ppmax,n) | |
| 1 | Qualità del Videoprocessore 4K Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • maggior numero e migliori funzioni di controllo e regolazione dell'immagine • possibilità di personalizzare le funzioni • numero e tipo di uscite video • completezza dell'apparecchiatura | 10 | 5 ADEGUATO |
| 2 | Qualità del Videoprocessore 2D Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • maggior numero e migliori funzioni di controllo e regolazione dell'immagine • possibilità di personalizzare le funzioni • numero e tipo di uscite video • completezza dell'apparecchiatura | 10 | 5 ADEGUATO |
| 3 | Qualità della Fonte Luce 4K Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • possibilità di regolazione della luminosità della lampada • maggiore potenza e completezza, ed integrazione • maggiore durata • facilità nei controlli | 4 | 2 ADEGUATO |
| 4 | Qualità della Fonte Luce IGC Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • possibilità di regolazione della luminosità della lampada • maggiore potenza e completezza, ed integrazione • maggiore durata • facilità nei controlli | 4 | 2 ADEGUATO |
| 5 | TESTA DI TELECAMERA 4k Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> • Qualità dell'immagine • Maggiori e tipologia delle funzioni • Maggiore integrazione | 5 | 3,75 PIU CHE ADEGUATO ADEGUATO |

| | | | | | |
|----|--|--|---|------------------|----------|
| 6 | TESTA DI TELECAMERA ICG | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> Qualità dell'immagine Maggiori e tipologia delle funzioni Maggiore integrazione | 5 | 3,75 | 2,5 |
| | | | | PIU CHE ADEGUATO | ADEGUATO |
| 7 | MONITOR 55" LCD 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> qualità dell'immagine Integrazione con il sistema maggior numero di settaggi al monitor | 3 | 3 | 1,5 |
| | | | | OTTIMO | ADEGUATO |
| 8 | MONITOR 30" LCD 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> qualità dell'immagine integrazione con il sistema maggiore numero settaggi al monitor | 7 | 7 | 3,5 |
| | | | | OTTIMO | ADEGUATO |
| 9 | N. 1 INSUFFLATORE CO2 | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> elevata portata regolabile e tipologia di regolazione ergonomia nell'uso e nella gestione maggiori funzionalità | 3 | 2,25 | 1,5 |
| | | | | PIU CHE ADEGUATO | ADEGUATO |
| 10 | Qualità del SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente: <ul style="list-style-type: none"> Software addizionale; Qualità dell'acquisizione Qualità della memorizzazione Tipologie di ingressi ed uscite | 4 | 3 | 2 |
| | | | | PIU CHE ADEGUATO | ADEGUATO |
| 11 | Qualità del Carrello medicale per l'alloggiamento agevole dei moduli | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> peso contenuto agevole trasportabilità numero di ripiani materiali costruttivi maggiore potenza del gruppo di continuità dotazione dei cassette maggiore accessoristica | 2 | 1 | 1 |
| | | | | ADEGUATO | ADEGUATO |
| 12 | Qualità dello strumentario chirurgico poliuso ivi compreso ottiche | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: <ul style="list-style-type: none"> Maggiore integrazione, Qualità dell'immagine Qualità dei materiali costruttivi | 6 | 4,5 | 3 |
| | | | | PIU CHE ADEGUATO | ADEGUATO |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|------------|-----------------------|
| 13 | Qualità dei Dispositivi medici monouso | Verrà valutata la migliore integrazione e qualità dei DM rispetto alle apparecchiature offerte (es. certificazioni dello stesso fabbricante della colonna) | 2 | 2 | 0,5 |
| | | | | OTTIMO | PARZIALMENTE ADEGUATO |
| 14 | Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti | Verranno valutati eventuali elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti | 5 | 0 | 0 |
| | | | | INADEGUATO | INADEGUATO |
| Totale punteggio tecnico | | 70/100 | | 44,25 | 32 |

Dott. Mario Annecchiarico _____

Dott. Franco Giangregorio _____

Dott. Per. Ind. Cosimo Furno _____