

ALL. 2

acquisto annale di n. 2.000 set infusionali/rampe a 5 vie con i seguenti **requisiti minimi**: 1. connettori trasparenti; 2. sistemi needle-free valvolati a pressione neutra; 3. prolunga 150/200cm; 4. latex free. Si chiede di avviare una procedura concorrenziale, acquisendo dalle aziende partecipanti sia n.2 campioni, sia l'offerta tecnica senza prezzo, con le relative schede tecniche per la valutazione di conformità rispetto ai requisiti minimi richiesti. I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative vigenti; in particolare, per quanto concerne i dispositivi medici, si chiede la dichiarazione che i prodotti offerti rispondono ai requisiti legislativi, in particolare al d.lgs. n. 137/2022. L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti, per cui deve riportare data di scadenza, numero di lotto, ecc.