



AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI A SIRINGA DA DESTINARE ALL’A.O.R.N. “SAN PIO” DI BENEVENTO – (FASC. RICCIO 107/2023)

VERBALE N. 2
(Seduta riservata)

In data odierna, 07.02.2024 alle ore 08:30 presso i locali della U.O. Ingegneria Clinica si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 914 del 11 Ottobre 2023 riguardante la procedura per la fornitura di Sistemi Infusionale a Siringa da destinare all’A.O.R.N. San Pio di Benevento, indetta con Delibera n 365 del 03.05.2023, al fine di analizzare le note di riscontro inoltrate dalle ditte EU Kon Srl e Progetti Srl.

Annotazione trasmessa in data 19.01.2024 all’operatore economico EU KON S.R.L.

POMPA SIRINGA

Voce 15 : Possibilità di creare data-base farmaci e assegnarli al maggior numero di specifiche aree cliniche (almeno 4)

Deduzioni della Commissione:

Nella documentazione tecnica non si evince la possibilità di creare data-base farmaci e assegnarli a specifiche aree cliniche (almeno 4 come previsto dai requisiti minimi del CSA).

Si procede all’esame della nota prodotta dall’operatore economico EU Kon Srl.

La commissione dopo aver esaminato nella documentazione tecnica i punti segnalati dall’operatore economico EU Kon Srl, conferma che dalla documentazione tecnica non si evince il numero di aree cliniche creabili (almeno 4 come previsto dai requisiti minimi del CSA).

L’offerta dell’operatore economico EU Kon Srl risulta non conforme ai requisiti minimi e pertanto non viene ammessa al proseguo delle operazioni di gara.

Annotazione trasmessa in data 19.01.2024 all’operatore economico PROGETTI S.R.L.

POMPA SIRINGA

Voce 15 : Possibilità di creare data-base farmaci e assegnarli al maggior numero di specifiche aree cliniche (almeno 4)

Deduzioni della Commissione:

Nella documentazione tecnica viene genericamente dichiarato che “Ciascuna pompa può avere lista farmaci dedicata per specifiche aree cliniche a cui possono essere assegnate.” Nella documentazione tecnica non si evince il numero di aree cliniche creabili (almeno 4 come previsto dai requisiti minimi del CSA).

Si procede all’esame della nota prodotta dall’operatore economico Progetti Srl.

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

La commissione esaminata detta nota, la ritiene non esaustiva e pertanto conferma che nella documentazione tecnica non si evince il numero di aree cliniche creabili (almeno 4 come previsto dai requisiti minimi del CSA).

L'offerta dell'operatore economico Progetti Srl risulta non conforme ai requisiti minimi e pertanto non viene ammessa al proseguo delle operazioni di gara.

La Commissione con la seduta odierna, dichiara di aver terminato i lavori riguardanti la verifica definitiva dei requisiti minimi relativamente alle offerte delle ditte EU Kon Srl e Ditta Progetti Srl. Altresì stabilisce di inviare al Responsabile Unico del Procedimento copia del presente verbale, per gli opportuni adempimenti e provvedimenti di sua competenza.

I lavori si concludono alle ore 10:00.

Il presente verbale consta di n°2 (*due*) pagine.

Del ché è verbale

La presente per il prosieguo della procedura.

LA COMMISSIONE

Presidente Dott. Antonio Antonino _____

Componente Dott. Salvatore Follo _____

Componente Dott. Per. Ind. Furno Cosimo _____

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111