



U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 442 DEL 20/03/2024

Oggetto: Manutenzione Evolutiva per l'autoclave Schlumbohm Modello SHS.S1 VD.E ubicata presso la Sala Operatoria Ginecologia. CIG B0206B6F68

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

Firma Direttore U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Ing. Raffaele Iele
Firmato digitalmente

PREMESSO:

che presso l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento è installata l'apparecchiatura Autoclave Marca Schlumbohm Modello SHS.S1 VD.E. SN SMI 001184 inv. 6096, ubicata presso la Sala Operatoria Ginecologia del padiglione San Pio P.O. Rummo di Benevento;

che l'apparecchiatura sopra menzionata è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera;

PRESO ATTO

che il personale tecnico afferente alla UOS Ingegneria Clinica richiedeva per le vie brevi l'intervento tecnico in garanzia per la verifica di funzionamento dell'autoclave indicata in oggetto;

che la società Servizi Ospedalieri Srl (P. IVA 08815051217) a seguito del primo intervento effettuato in data 10/02/2024, rilasciava il relativo rapporto tecnico (n. 0188) nel quale segnalava la presenza eccessiva di calcare all'interno del generatore e nell'impianto tubistico con conseguente corto e rottura delle resistenze. *(Allegato cartaceo n. 1 agli atti dell'ufficio);*

VALUTATO che per le ragioni sopra esposte l'intervento è da ritenersi "fuori garanzia";

RILEVATO che con nota prot. 068 del 15/03/2024 la società Servizi Ospedalieri Srl inviava preventivo per intervento tecnico correttivo su autoclave Marca Schlumbohm Modello SHS.S1 VD.E. SN SMI 001184 inv. 6096 in uso presso la Sala Operatoria Ginecologia del padiglione San Pio del P.O. Rummo di Benevento per un importo complessivo di € 3.405,00 oltre IVA, per le motivazioni sopra esposte *(Allegato cartaceo n. 2 agli atti dell'ufficio);*

VALUTATO che il guasto è realisticamente riconducibile all'eccessiva presenza di calcare contenuto nell'acqua corrente fredda, pertanto, il Dirigente Responsabile UOS Ingegneria Clinica ritiene opportuno, oltre che a procedere al ripristino dell'apparecchiatura guasta, anche dotare all'autoclave in parola un addolcitore di calcare nella linea di acqua fredda al fine di evitare

il ripresentarsi di analoga rottura;

VERIFICATO da parte del personale tecnico della UOS Ingegneria Clinica:

che effettivamente il guasto occorso è imputabile alla presenza eccessiva di calcare all'interno del generatore provocando il non funzionamento dell'apparecchiature e contestuali rotture di parti di ricambio essenziali;

che l'intervento tecnico non è da ritenersi in garanzia;

che è possibile l'installazione di un addolcitore per evitare danni alla stessa della stessa tipologia in futuro, poiché nella sala c'è idoneo spazio, da considerarsi come bene accessoriale dell'apparecchiatura in oggetto;

VISTO

il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n.36/2023;

la normativa vigente in materia;

la Raccomandazione Ministeriale n° 9 - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali ove all'art. 4.2 Sviluppo di competenze specifiche, è previsto che "È fondamentale che chiunque svolga le attività di manutenzione debba possedere capacità tecniche adeguate; egli si assumerà la responsabilità diretta per tutti gli eventi derivanti dall'attività stessa, ferma restando la responsabilità del fabbricante per tutti i difetti o vizi originari del prodotto".

VALUTATO

che è congruo il preventivo della riparazione poiché il costo dell'intervento è indicativamente pari a circa il 5% del valore economico relativo all'acquisto di una nuova autoclave di equivalenti prestazioni;

che è congruo il preventivo per la fornitura e installazione di un addolcitore idoneo per trattare l'acqua in ingresso all'autoclave poiché in linea con i prezzi di mercato;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento alla società Servizi Ospedalieri Srl (P. IVA 08815051217) il servizio di riparazione dell'autoclave Marca Schlumbohm Modello SHS.S1 VD.E. SN SMI 001184 inv. 6096, ubicata presso la Sala Operatoria Ginecologia del padiglione San Pio P.O. Rummo di Benevento con relativa fornitura ed installazione di un addolcitore al prezzo

complessivo di 3.405,00 iva esclusa;

PRECISATO che per l'intervento in oggetto è stato generato il Codice Unico di Gara con il seguente identificativo: CIG n.B0206B6F68;

PRESO ATTO della verifica positiva sull'operatore economico Servizi Ospedalieri Srl (P. IVA 08815051217) effettuato tramite consultazione del Casellario Informativo ANAC;

COSTATATO la "regolarità contributiva" a carico della società "Servizi Ospedalieri Srl" D.U.R.C. ON LINE (Documento unico di regolarità contributiva), dagli archivi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L, che si allega alla presente;

DICHIARATO E ATTESTATO CHE

-tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l'UOC proponente;

-l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta le regolarità giuridico-amministrativa;

-che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzioni dell'Ente;

-l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012;

- per far fronte alla spesa dei servizi di che trattasi la stessa trova copertura sul conto economico del bilancio Aziendale 2024;

-il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessaria per il corretto funzionamento del Servizio;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, su proposta del Dirigente Responsabile UOS Ingegneria Clinica, il sottoscritto dirigente

DETERMINA

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

di **PRENDERE ATTO** della procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione di manutenzione correttiva e relativa fornitura di annesso addolcitore per un importo complessivo pari ad euro 3.405,00 oltre Iva;

di **APPROVARE** l'affidamento alla società Servizi Ospedalieri Srl (P. IVA 08815051217) il servizio di riparazione dell'autoclave dell'autoclave Marca Schlumbohm Modello SHS.S1 VD.E. SN SMI 001184 inv. 6096, ubicata presso la Sala Operatoria Ginecologia del padiglione San Pio P.O. Rummo di Benevento in assenza di addolcitore ed acque di servizio addolcite per un importo complessivo di euro 3.405,00 oltre Iva (4.154,10 Iva compresa);

di **AFFIDARE** all'Operatore Economico Servizi Ospedalieri srl il servizio di manutenzione correttiva per la riparazione dell'autoclave in parola completo di un addolcitore di acque a servizio dell'autoclave stessa;

di **DETERMINARE** in euro 4.154,10 Iva compresa la spesa prevista derivante dal presente atto dichiarando che la stessa presenta i necessari caratteri di congruità;

di **DISPORRE** che la spesa complessiva di euro 4.154,10 Iva Inclusa trova copertura sul conto economico n.5030301010 del bilancio 2024 come da parere contabile rilasciato dall'UOC Risorse Economiche;

di **TRASMETTERE**, il presente atto al Collegio Sindacale, alla scrivente UOC per la predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi, ai sensi D.lgs. n. 36/2023;

la PRESENTE e' immediatamente eseguibile.

L'estensore

Ing. Margherita Di Gruttola

Firmato digitalmente

**Il Dirigente Responsabile della
UOS Ingegneria Clinica**

Ing. Gianpaolo Catalano

Firmato digitalmente

**Il Direttore della
U.O.C. Manutenzione e Gestione del
Patrimonio**

Ing. Raffaele Iele

Firmato digitalmente

