

U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 228 DEL 13/02/2024

**Oggetto: Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche (s.i.g.m.a.) delle aziende del sistema sanitario (aa.ss.ll., aa.oo., aa.oo.uu., i.r.c.c.s.) della regione campania lotto numero 3 a.o. san pio manutenzione straordinaria dell'apparecchio portatile di radiografia mod. caleidon (inv. 4387) Cig 8500604854**

IL DIRIGENTE

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

**Firma Direttore U.O.C. Manutenzione e Gestione del  
Patrimonio  
Ing. Raffaele Iele  
Firmato digitalmente**

**PREMESSO:**

**che** presso l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento è presente l'apparecchio portatile di radiologia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario 4387, ubicato presso il Pronto Soccorso del P.O. Rummo di Benevento;

**che** l'apparecchiatura sopra menzionata è di proprietà dell'AORN San Pio in carico al P.O. G Rummo di Benevento;

**che** l'Operatore Economico RTI Tesi/Sol/Sincronics (mandataria Tesi S.r.l.), è affidataria della gara centralizzata "Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania" per l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento il cui importo complessivo è di € 2.975.480,62 oltre Iva ove previsto, tra l'altro, l'attività di primo intervento;

**VISTO**

**che** in riferimento alla richiesta di intervento urgente del reparto per l'apparecchio portatile di radiologia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario 4387, la mandataria Tesi Srl in data 10/10/2023 (bolla num. 45886), a seguito del primo intervento, con nota Prot. 143-23 comunicava il guasto dell'apparecchiatura e la tipologia di attività classificata come "Manutenzione straordinaria ed evolutiva" e rientrante nelle casistiche espresse nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico "Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania", in quanto il costo dell'intervento per le soli parti di ricambio risulta pari a euro 7.600,00 oltre Iva (22%) (*Allegato cartaceo n. 1 agli atti dell'ufficio*);

**CONSIDERATO**

**che** l'apparecchio portatile di radiologia è indispensabile in Pronto Soccorso per indagini tempo reale con particolare riguardo a pazienti politraumatizzati e con difficoltà motoria;

**che** nella Raccomandazione Ministeriale n°9 - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali ove all'art. 4.2 Sviluppo di competenze specifiche, è previsto che "È fondamentale che chiunque svolga le attività di manutenzione debba possedere capacità tecniche adeguate; egli si assumerà la responsabilità diretta per tutti gli eventi derivanti dall'attività stessa, ferma restando la responsabilità del fabbricante per tutti i difetti o vizi originari del prodotto".

**ACCERTATO** da parte dell'Ingegneria Clinica che l'intervento rientra effettivamente nelle casistiche espresse nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico "Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania", in quanto il costo delle parti di ricambio riferito all'apparecchiatura è superiore al 35% del valore convenzionale (di cui all'Allegato B2 della procedura aperta S.I.G.M.A. per la classe tecnologica "portatile per radiologia");

**VALUTATO** opportuno procedere alla verifica di congruità dell'offerta economica presentata dall'operatore economico Tesi Srl secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico all'art. 5.2.4. della gara S.I.G.M.A. secondo cui è facoltà dell'Amministrazione contraente verificare la congruità del preventivo richiedendo ad esempio ad altri operatori economici specialisti di settore interventi di ripristino;

**DATO ATTO che** la UOS Ingegneria Clinica in data 07/11/2023 procedeva alla verifica di congruità economica richiedendo a mezzo pec offerta per la riparazione dell'apparecchio portatile di radiologia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario 4387, agli operatori economici Siemens ed Esaote, con scadenza per la presentazione delle relative offerte entro le ore 12:00 del 14/11/2023 (*Allegato cartaceo n. 2 agli atti dell'ufficio*);

**PRESO ATTO che** non sono pervenute offerte dagli operatori economici Siemens ed Esaote entro la scadenza prevista nell'invito per la presentazione delle offerte;

**VALUTATO** congruo il preventivo di riparazione dell'operatore economico Tesi S.r.l. con Prot. 143-23 del 30/10/2023 del valore economico di euro 7.600,00 oltre Iva poiché il costo dell'intervento è indicativamente pari al 20 % del valore delle apparecchiature di equivalente prestazione in caso di nuovo acquisto;

**RITENUTO** necessario procedere alla riparazione l'apparecchio portatile di radiologia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario n.4387, ubicato presso il Pronto Soccorso del P.O. Rummo di Benevento per le ragioni di cui sopra;

## **VISTO**

-il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b);

-la normativa vigente in materia.

**RITENUTO** per quanto sopra espresso di dover procedere all'approvazione del preventivo dell'operatore economico Tesi S.r.l. Prot. n.143-23 del 30/10/2023 per un importo di euro 7.600,00 oltre IVA;

**PRECISATO** che per l'intervento in oggetto il Codice Unico di Gara è il seguente identificativo: CIG n.8500604854;

**COSTATATO** che l'operatore economico Tesi S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi INPS- INAIL;

## **DICHIARATO E ATTESTATO CHE**

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e

custodita presso L'UOC proponente;

-l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta le regolarità giuridico-amministrativa;

-che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

-l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012;

-per far fronte alla spesa del servizio di che trattasi la stessa trova copertura sul conto economico del bilancio Aziendale 2024;

-il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessaria per il corretto funzionamento del Servizio;

*Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, su proposta del Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica, il sottoscritto dirigente*

#### **DETERMINA**

*per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:*

- di **PRENDERE** atto della procedura di cui sopra necessaria per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.36/2023, relativamente alla riparazione dell'apparecchio portatile di radiologia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario 4387, ubicato presso il Pronto Soccorso del P.O. Rummo di Benevento;

- di **APPROVARE** il preventivo di riparazione dell'operatore economico Tesi S.r.l. con Prot. 143-23 del 30/10/2023 del valore economico di euro 7.600,00 oltre Iva

- di **AFFIDARE** all'Operatore Economico Tesi srl (P. IVA 10141820158), ai sensi il D. Lgs. n. 36/2016, art. 50 comma 1) l'intervento di riparazione l'apparecchio portatile di radiologia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario 4387 per un importo complessivo di euro 7.600,00 oltre Iva ;

- di **DETERMINARE** in euro 7.600,00 oltre Iva (euro 9.272,00 Iva compresa) la spesa prevista derivante dal presente atto dichiarando che la stessa presenta i necessari caratteri di congruità;

- di **DISPORRE** che la spesa complessiva di euro 9.272,00 Iva compresa trova copertura sul conto economico n. 5030301010 del bilancio 2024 come da parere contabile rilasciato dall'UOC Risorse Economiche;

- di **TRASMETTERE**, il presente atto al Collegio Sindacale, alla scrivente UOC per la predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi, ai sensi D.lgs. n. 36/2023;

- di **PRECISARE** che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D. Lgs n. 33/2013.

- la **PRESENTE** determinazione e' immediatamente eseguibile

**L'estensore**

Ing. Margherita Di Gruttola

Firmato digitalmente

Il Dirigente UOS

Ingegneria Clinica

Ing. Giampaolo Catalano

Firmato digitalmente

**Il Direttore della  
U.O.C. Manutenzione e  
Gestione del Patrimonio**

Ing. Raffaele Iele

Firmato digitalmente