

**R.D.O. MEPA N. 3999876 PER LA FORNITURA ANNUALE DI PIASTRE E PUNTALI PER LE PROCEDURE DI FECONDAZIONE *IN VITRO*.**

**VERBALE N.3**

In data 09.04.2024 alle ore 11,30 presso la sede della UOC Provveditorato Economato dell'A.O.R.N. San Pio, in Via dell'Angelo n. 1 di Benevento si sono riuniti il Responsabile della fase di affidamento, Dott. Giovanni Farinacci, Dirigente UOC P.E., in qualità di Presidente, con l'assistenza della Dott.ssa Concetta Inglese, Segretario verbalizzante e della Sig.ra Giovanna De Marco, Testimone, per prendere atto della rivalutazione da parte del Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata delle schede tecniche inviate dalle Ditte Cook ed MBT relativamente al lotto 3 e specificamente per quanto attiene all'offerta di "micropipette holding".

Premesso che, come risulta dal verbale n. 1 del 11.03.2024 il Responsabile della fase di affidamento, Dott. Giovanni Farinacci, Dirigente UOC P.E., dopo aver verificato la conformità della documentazione amministrativa ha ammesso al prosieguo di gara le Ditte **COOK ITALIA S.R.L.** e **M.B.T. S.R.L.** e ha inviato la documentazione tecnica presentata dagli offerenti al Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata per la verifica qualitativa della stessa.

Preso atto che il Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata ha trasmesso relazione di valutazione positiva per le offerte tecniche, per cui come risulta da verbale del 21.03.2024, si è proceduto all'apertura e all'acquisizione delle offerte economiche e si è pervenuti alla proposta di aggiudicazione del Lotto 1 - Piastre ICSI/IMSI al concorrente M.B.T. srl per un importo totale di € 57.280,00 + Iva al 22% e del Lotto 3 - Micropipetta al concorrente M.B.T. srl per un importo totale di € 47.391,00 + Iva al 22%.

Con la e-mail indicata del 05.04.2024, il Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata ha comunicato *“ che per mero errore formale nella valutazione precedentemente fatta attestante come conformi al capitolato di gara entrambe le offerte, si specifica che l'offerta della Ditta MBT non rispetta lo stesso per quanto riguarda:*

*a) distanza dal gomito (punta-angolo) di almeno 700 micron: offerta in gara distanza punta-angolo di 600 micron*

*b) diametro esterno di 80 micron: offerta diametro esterno 90 micron anche considerando una differenza di +/- 10% come scostamento non significativo, l'offerta della Ditta MBT non appare conforme al capitolato di gara.*

*Viceversa, l'offerta della Ditta Cook è conforme a quanto richiesto”.*

Tanto premesso, il Responsabile della fase di affidamento prende atto della rivalutazione e propone di aggiudicare il lotto n. 3 alla Ditta Cook Italia Srl per l'importo di € 55.660,00 + Iva al 22% e per i prodotti, codici, quantità e prezzi unitari declinati nella scheda di offerta allegata al presente verbale e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA)

Il Responsabile della Fase di Affidamento dichiara chiusa la seduta alle ore 12,25 .

Responsabile Fase Affidamento : Dott. Giovanni Farinacci

Segretario: D.ssa Concetta Inglese

Testimone: Sig.ra Giovanna De Marco

---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

**Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"**  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

**Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"**  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111