



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**“SAN PIO”- BENEVENTO**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**DEA di II Livello**

**R.D.O. MEPA N. 4090091 PER LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PER CRIOCONSERVAZIONE PER PMA .**

**VERBALE N. 2**

In data 03.04.2024 alle ore 12,00 presso la sede della UOC Provveditorato Economato dell'A.O.R.N. San Pio, in Via dell'Angelo n. 1 di Benevento si sono riuniti il Responsabile della fase di affidamento, Dott. Giovanni Farinacci, Dirigente UOC P.E., in qualità di Presidente, con l'assistenza della Dott.ssa Concetta Inglese, Segretario verbalizzante e della Sig.ra Giovanna De Marco, Testimone, per l'apertura e l'esame delle offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti alla **R.D.O. MEPA N. 4090091 PER LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PER CRIOCONSERVAZIONE PER PMA**, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 176 del 19.02.2024 .

Premesso che, come risulta dal verbale n. 1 del 25.03.2024 il Responsabile della fase di affidamento, Dott. Giovanni Farinacci, Dirigente UOC P.E., dopo aver verificato la conformità della documentazione amministrativa ha ammesso al prosieguo di gara le Ditte **M.END.EL S.R.L.** ( lotti 1 e 2), **M.B.T. S.R.L.** (lotto 1) e **ORIGIO ITALIA SRL** (lotto n. 2) e ha inviato la documentazione tecnica presentata dagli offerenti al Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata per la verifica qualitativa della stessa.

Preso atto che il Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata ha trasmesso con e-mail del 26.03.2024 relazione di valutazione tecnica ,allegata al presente verbale, si procede all'apertura e all'acquisizione delle offerte economiche .

A seguito dell'esame delle offerte economiche il Responsabile della fase di affidamento propone di aggiudicare il Lotto 1 al concorrente M.B.T. srl che ha offerto il prezzo più basso per un importo totale di € 63.602,00 + Iva al 22% e per i prodotti, codici, quantità e prezzi unitari declinati nella scheda di offerta allegata al presente verbale e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Propone, altresì , di aggiudicare il Lotto 2 al concorrente M.END.EL srl per un importo totale di € 1.755,00 + Iva al 22% e per i prodotti, codici, quantità e prezzi unitari declinati nella scheda di offerta allegata al presente verbale e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per il lotto n. 2 risulta caricata a sistema anche l'offerta della Ditta ORIGIO ITALIA SRL che tuttavia non è stata presa in carico per le motivazioni esplicitate dal Responsabile dell'UOSD Fisiopatologia Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata.

L'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA)

Il Responsabile della Fase di Affidamento dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45 .

Responsabile Fase Affidamento : Dott. Giovanni Farinacci

Segretario: D.ssa Concetta Inglese

Testimone: Sig.ra Giovanna De Marco

---

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant'Alfonso Maria dei Liguori”  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

**Re: R.D.O. MEPA N. 4090091 PER LA FORNITURA ANNUALE DI KIT PER CRIOCONSERVAZIONE PER PMA .**

---

**Da** alfredo nazzaro <alfredonazzaro61@gmail.com>  
**A** concetta.inglese@ormsantpio.it <conchetta.inglese@ormsantpio.it>  
**Data** martedì 26 marzo 2024 - 13:49

---

Si trasmette Conformità kit per crioconservazione per procedure di Fecondazione in vitro

**Lotto nr. 1**

Entrambe le offerte presentate sono conformi a quanto richiesto dal capitolato di gara, per cui si propone l'assegnazione all'offerta più bassa.

**Lotto nr. 2**

Entrambe le offerte presentate sono conformi a quanto richiesto dal capitolato di gara, tuttavia il prodotto Vitrolife con codice 10137 presentato dalla Ditta Mendel srl, è da preferire per i seguenti motivi:

- a) presenta il concentrato lipidico definito chimicamente (CDLC)
- b) è possibile utilizzare i flaconi di terreno per un periodo maggiore (14 giorni vs 7 ) dopo la prima apertura riducendo lo spreco di materiale
- c) è in linea con i terreni per il trattamento del seme già aggiudicati in gara precedente

Saluti

A. Nazzaro

Il giorno mar 26 mar 2024 alle ore 11:01 concetta.inglese <conchetta.inglese@ormsantpio.it> ha scritto:

Buongiorno,  
con riferimento all'oggetto, si trasmettono le schede tecniche inviate da MBT, MENDEL e ORIGIO e si resta in attesa di relazione di conformità.  
Cordialmente  
Concetta Inglese