



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO

BENEVENTO

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE

UOC CHIRURGIA GENERALE ED  
ONCOLOGICA

**"ALLEGATO A"**  
**SISTEMI PER TERMOABLAZIONE A MICROONDE**

Lotto	Descrizione e requisiti minimi obbligatori, pena esclusione:	Quantità triennali
1	Kit monouso, sterile per ablazione tissutale a microonde per il trattamento di lesioni multiple in differenti localizzazioni tramite procedure intraoperatorie, laparoscopiche e percutanee, costituito da punta in ceramica, asta in acciaio, rivestimento in silicone, cavo accoppiato connesso ad un connettore a cartuccia, provvisto di termocoppia integrata all'interno del canale refrigerante, lunghezza del cavo non inferiore a 286 cm, lunghezze varie. Si richiede fornitura in uso gratuito del generatore per l'utilizzo dei dispositivi.	75
<b>SUDDIVISI COME SEGUE:</b>		
1.a	Kit per chirurgia open	25
1.b	Kit per chirurgia laparoscopica	25
1.c	Kit per chirurgia percutanea	25

**Elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione:**

<i>Parametri soggetti a valutazione</i>	<i>Peso parametro</i>
Ampiezza della gamma di misure offerte	Max Punti 20
Performance coagulativa superiore a 0,5cm di diametro trasversale	Max Punti 40
Maneggevolezza e confezionamento	Max Punti 20
<b>Punteggio max</b>	<b>Max Punti 70</b>

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1 - Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"  
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"  
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111