

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO PER VARIE
UU.OO.CC. – FASC. PIN 159/2023 CIG: 9854070BCD**

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di giugno, presso il P.O. Rummo dell'A.O.R.N. San Pio, Via dell'Angelo, 1, Benevento,

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 364 del 03.05.2023 l'A.O.R.N. San Pio ha indetto una gara con il sistema della Procedura Aperta per l'acquisto di n. 12 Monitor, n. 1 Centrale di monitoraggio, n. 1 rete di collegamento monitor, da destinare alla UOC Pneumologia-subintensiva 12 pl (Sub-lotto 1 CUP C84E21003720001 - Euro 253.908,80 oltre Iva) e di n. 6 Monitor, n. 1 Centrale di monitoraggio, n. 1 rete di collegamento monitor, da destinare alla UOC Medicina D'Urgenza-sub-intensiva 6P1 (Sub-lotto 2 CUP C84E21003680001 - Euro 198.800,00 oltre Iva), per un importo a base d'asta complessivo di Euro 452.708,80 oltre Iva, da espletare sulla piattaforma SIAPS “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanita”, raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa Spa, da aggiudicare, a lotto unico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Caratteristiche Tecniche: tot. Punti 70; Prezzo offerto: tot. Punti 30;), in conformità a tutto quanto regolamentato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati;

che con il predetto provvedimento, sono stati approvati gli Atti di Gara ed è stata nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato;

che la presente procedura è gestita con sistemi telematici ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

che per l'espletamento della corrente gara, questa Stazione Appaltante si avvale della piattaforma informatica “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità” (d'ora in poi “Sistema” o “SIAPSTM”), raggiungibile dal sito internet www.soresa.it; che allo spirare del termine previsto dalla Stazione Appaltante (ore 12 del giorno 21/07/2023) sono pervenute le seguenti offerte valide:

- A.G.A. BIOMEDICA SRL (Registro di Sistema PI073672-23);
- DRAEGER ITALIA S.P.A (Registro di Sistema P1074171-23);

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

- ATTI HOSPITAL S.R.L. (Registro di Sistema P1074822-23);
- BURKE & BURKE SpA (Registro di Sistema PI074985-23);
- ELMED Service srl (Registro di Sistema P1075102-23);
- GE Medical Systems Italia S.p.A. (Registro di Sistema P1075568-23);
- PHILIPS SPA (Registro di Sistema PI075848-23);

che il RUP, a norma della Linee guida ANAC n. 3 — paragrafo 5.2, ha provveduto ad ultimare la valutazione delle offerte amministrative prodotte dai sopra citati concorrenti, disponendone l’ammissione al prosieguo di gara;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 19-02-2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella composizione di seguito dettagliata:

- Dott. Vincenzo Colella, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione (Presidente);
- Dott. Angelo Tozzi, Direttore U.O.C. Medicina d’Urgenza (componente);
- Coll. Tecnico della U.O. di Ingegneria Clinica Ing. Clarissa De Feo (componente);
- Ass. Tecnico della U.O. di Ingegneria Clinica Ing. Cosimo Furno (supplente);

che il RUP ha provveduto a comunicare e pubblicare telematicamente a mezzo del Sistema, in data 17.04.2024, l’informazione relativa alla fissazione della seduta pubblica virtuale ad oggetto l’apertura delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte concorrenti;

TANTO PREMESSO

Il giorno 20, il Dott. Vincenzo Colella, in funzione di Presidente della Commissione, alla presenza dei Componenti della medesima Commissione, dichiara aperta la seduta riservata e individua l’Ing. Clarissa De Feo quale segretario verbalizzante.

La Commissione concorda che procederà alla valutazione tecnica esaminando le offerte tecniche in ordine alfabetico (dalla A alla Z) verificandone preliminarmente i requisiti minimi.

Dalla disamina della documentazione tecnica si riscontra che:

2

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

- gli operatori economici A.G.A. BIOMEDICA SRL, BURKE & BURKE SPA, ELMED SERVICE SRL, GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA e PHILIPS SPA hanno prodotto offerte tecniche che sono risultate conformi ai requisiti minimi richiesti dal CSA. Pertanto, sono ammesse al prosieguo delle operazioni di gara per l'attribuzione dei punteggi tecnici, valutazione qualitativa delle offerte.
- l'operatore economico ATTI HOSPITAL SRL ha presentato una offerta tecnica che risulta NON conforme ai requisiti minimi richiesti dal CSA. Nello specifico l'offerta non prevede la fornitura di un monitor di dimensioni di almeno 19" e privo di ventole. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico ATTI HOSPITAL SRL non è ammessa alla seconda fase di valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice prosegue con la valutazione qualitativa delle offerte ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici per le sole offerte ammesse alla seconda fase procedendo ad attribuire i punteggi secondo quanto previsto in gara esaminando le offerte in ordine alfabetico (dalla A alla Z).

Di seguito si riportano le risultanze.

All'offerta dell'operatore economico A.G.A Biomedica Srl vengono attribuiti punti **53,25/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 28 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.1 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All'offerta dell'operatore economico Burke & Burke Spa vengono attribuiti punti **56/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 28 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.2 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All'offerta dell'operatore economico Draeger Italia Spa vengono attribuiti punti **56,75/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 28 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.3 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All'offerta dell'operatore economico Elmed Service Srl vengono attribuiti punti **56/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 28 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.4 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

All’offerta dell’operatore economico Ge Medical Systems Italia Spa vengono attribuiti punti **52,5/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 28 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.5 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All’offerta dell’operatore economico Philips Spa vengono attribuiti punti **60/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 28 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.6 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

Il punteggio complessivo riparametrizzato per l’offerta dell’operatore economico A.G.A Biomedica Srl è **62,13/70**;

il punteggio complessivo riparametrizzato per l’offerta dell’operatore economico Burke & Burke Spa è **65,33/70**;

il punteggio complessivo riparametrizzato per l’offerta dell’operatore economico Draeger Italia Spa è **66,21/70**;

il punteggio complessivo riparametrizzato per l’offerta dell’operatore economico Elmed Service Srl è **65,33/70**;

il punteggio complessivo riparametrizzato per l’offerta dell’operatore economico Ge Medical Systems Italia Spa è **61,25/70**;

il punteggio complessivo riparametrizzato per l’offerta dell’operatore economico Philips Spa è **70/70**.

Il verbale consta di n. 4 (quattro) pagine a singola facciata e n. 6 (sei) allegati (Allegato n.1 operatore economico A.G.A Biomedica Srl , allegato n.2 operatore economico Burke & Burke Spa, allegato n. 3 operatore economico Draeger Italia Spa, allegato n. 4 operatore economico Elmed Service Srl, allegato n. 5 operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.a., allegato n. 6 operatore economico Philips S.p.a).

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Vincenzo Colella (Presidente)

Dott. Angelo Tozzi (componente)

Ing. Clarissa De Feo (componente e segretario verbalizzante)