

**RDO EVOLUTA N. 4218657 ELETTROCARDIOGRAFI E RELATIVI ACCESSORI DA  
UBICARE PRESSO IL P.O. RUMMO DELL’A.O. SAN PIO DI BENEVENTO - FASC. PTR  
82.2024**

**VERBALE N. “3” DEL 05.06.2024**

In data **05.06.2024**, alle ore 09:29, in Benevento - alla via dell’Angelo n. 1, presso i locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito P.E.) dell’A.O. “San Pio” di Benevento, il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato in sostituzione del Dirigente della medesima U.O.C. - quale Responsabile della fase di affidamento — acquisisce:

- la relazione di conformità ai Requisiti Tecnici minimi richiesti inviata dall’U.O.S. INGEGNERIA CLINICA in data 03.06.2024, nella procedura di cui sopra inviate degli operatori economici FUTURA HOSPITAL (lotto 1 e 2), GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. (lotto 1 e 2) e MORTARA INSTRUMENT EUROPE (lotto 1, 2 e 3)

- la non rispondenza nel Lotto “2” della ditta MORTARA INSTRUMENT EUROPE al requisito minimo richiesto “*Monitor di almeno 8 pollici a colori con visualizzazione simultanea delle 12 derivazioni*” rilavata dall’ U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato in sostituzione del Dirigente della medesima U.O.C. quale Responsabile della fase di affidamento, comunica tramite la Piattaforma ME.PA. la non corrispondenza nel Lotto “2” alla ditta MORTARA INSTRUMENT EUROPE e procederà, in data da destinarsi, ad aprire le offerte economiche delle ditte di cui sopra nei Lotti offerti

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 10:10.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  
Responsabile della fase di affidamento  
Firmato

Ass.te Amm.vo U.O.C. Provveditorato/Economato  
Dott. Pietro Facchiano  
Il Segretario Verbalizzante  
Firmato

Ass.Te Amm.Vo U.O.C. Provveditorato/Economato  
Sig. Giuseppe De Vita  
Il Testimone  
Firmato

---

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628