

**RDO MEPA PER LA FORNITURA DI INCUBATRICI DA DESTINARE ALLA UPC TIN – FASC.
PIN 387/2023 CIG: A0246BD4E0**

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di giugno, il P.O. Rummo dell'A.O.R.N. San Pio, Via dell'Angelo, 1, Benevento,

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 915 del 11.10.2023 l'A.O.R.N. San Pio ha indetto una gara con il sistema della RDO Mepa per la fornitura di n. 6 incubatrici neonatali da destinare alla UOC TIN dell' A.O San pio di Benevento per un importo a base d'asta di Euro 180.000,00 oltre Iva, da espletare sulla piattaforma del Mercato Elettronico – Acquisti in rete della P.A., da aggiudicare, a lotto unico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Caratteristiche Tecniche: tot. Punti 70; Prezzo offerto: tot. Punti 30;), in conformità a tutto quanto regolamentato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 22-03-2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella composizione di seguito dettagliata:

- Dott.ssa Maria Giovanna Limongelli, Direttore f.f. U.O.C. Pediatria (Presidente);
- Dott. Gaetano Di Manso, Dirigente Medico U.O.C. T.I.N. (componente);
- Coll. Tecnico della U.O. di Ingegneria Clinica Ing. Clarissa De Feo (componente);
- Dirigente Medico U.O.C T.I.N. Dott.ssa Lidia Grappone (supplente);

che con nota del 15.04.2024, venivano trasferite ai Componenti della Commissione Giudicatrice le offerte tecniche presentate dalle Ditte Abintrax Srl, Burke & Burke Spa, Draeger Italia Spa, Euromed Srl e GE Medical Systems Italia S.p.a. per poter procedere alla valutazione qualitativa;

TANTO PREMESSO

Il giorno 27, la Dott.ssa Maria Giovanna Limongelli, in funzione di Presidente della Commissione, alla presenza dei Componenti della medesima Commissione, dichiara aperta la seduta riservata e individua l'Ing. Clarissa De Feo quale segretario verbalizzante.

La Commissione concorda di procedere alla valutazione tecnica esaminando le offerte in ordine alfabetico (dalla A alla Z) verificandone preliminarmente i requisiti minimi.

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

Dalla disamina della documentazione tecnica si riscontra che:

- gli operatori economici Burke & Burke Spa, Draeger Italia Spa, Euromed Srl e GE Medical Systems hanno prodotto offerte tecniche che sono risultate conformi ai requisiti minimi richiesti dal CSA. Pertanto, sono ammesse al prosieguo delle operazioni di gara per l'attribuzione dei punteggi tecnici, valutazione qualitativa delle offerte.
- l'operatore economico Abintrax Srl ha prodotto offerta tecnica che risulta NON conforme ai requisiti minimi richiesti dal CSA. Nello specifico l'offerta non prevede la fornitura di incubatrici dotate di ruote doppie come chiaramente si evince dall'immagine presente nella scheda tecnica. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico Abintrax Srl non è ammessa alla seconda fase di valutazione qualitativa delle offerte risultando esclusa in conformità all'art. 1 Criteri di valutazione di cui all'allegato al bando.

La Commissione giudicatrice prosegue con la valutazione qualitativa delle offerte ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici per le sole offerte ammesse alla seconda fase procedendo ad attribuire i punteggi secondo quanto previsto in gara esaminando le offerte in ordine alfabetico (dalla A alla Z).

Di seguito si riportano le risultanze.

All'offerta dell'operatore economico Burke & Burke Spa vengono attribuiti punti **45/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 35 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.1 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All'offerta dell'operatore economico Draeger Italia Spa vengono attribuiti punti **49/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 35 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.2 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All'offerta dell'operatore economico Euromed Srl vengono attribuiti punti **29,75/70**. Il punteggio complessivo è inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 35 punti, pertanto, l'offerta dell'operatore economico Euromed Srl non è ammessa al prosieguo della procedura di gara. Il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.3 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

All'offerta dell'operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.a. vengono attribuiti punti **45/70** (non inferiore alla soglia tecnica minima di sbarramento di 35 punti): il dettaglio della distribuzione del punteggio tecnico in funzione dei parametri è rimesso in allegato n.4 al presente verbale che ne forma parte integrale e sostanziale.

Il punteggio complessivo riparametrizzato per l'offerta dell'operatore economico Burke & Burke Spa è **64,29/70**;
il punteggio complessivo riparametrizzato per l'offerta dell'operatore economico Draeger Italia Spa è **70/70**;
il punteggio complessivo riparametrizzato per l'offerta dell'operatore economico Ge Medical Systems Italia Spa è **64,29/70**.

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

Il presente verbale consta di n. 3 (tre) pagine numerate a singola facciata e n. 4 (quattro) allegati (Allegato n.1 operatore economico Burke & Burke Spa, allegato n. 2 operatore economico Draeger Italia Spa, allegato n. 3 operatore economico Euromed Srl, allegato n. 4 operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.a.).

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott.ssa Maria Giovanna Limongelli (Presidente)

Dott. Gaetano Di Manso (componente)

Ing. Clarissa De Feo (componente e segretario verbalizzante)