



di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello

**UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Tel. 082457542- Fax 082457572

e-mail [giovanna.demarco@aornsanspio.it](mailto:giovanna.demarco@aornsanspio.it)

pec: [ufficio.gare@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare@pec.ao-rummo.it)

11/07/2024

Oggetto: (FASC G 328/2024) Procedura per la fornitura annuale di "strumenti monouso multifunzione esclusivamente ad ultrasuoni per la dissezione, coagulo e taglio dei tessuti molli, per chirurgia open e laparoscopica"

**AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA**

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento rende noto con il presente avviso che, intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse/offerta, per la fornitura del dispositivo in oggetto.

*Il presente Avviso persegue finalità di: risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, accesso al mercato degli operatori economici, buona fede e tutela dell'affidamento nonché economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e delle linee guida ANAC; l'Avviso è pubblicato sull'home page del sito istituzionale dell'Amministrazione per almeno 10 giorni. In ogni caso e in ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato con successiva procedura di aggiudicazione.*

L'A. O. si riserva di non procedere ad aggiudicare la predetta fornitura o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la spesa e su semplice comunicazione, per l'ipotesi che prima dell'esecuzione del servizio la So.Re.Sa. s.p.a. o la CONSIP S.p.A. aggiudichino analoghi servizi in seguito a gare centralizzate.

**NON PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA**

**I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94 e seg. del Codice o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

**II- DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:**

**VEDERE ALLEGATO**

**III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, previa verifica conformità tecnica del dispositivo offerto.

**IV. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all'Azienda SAN PIO, a mezzo PEC all'indirizzo [ufficio.gare@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare@pec.ao-rummo.it), entro e non oltre il giorno 26/07/2024 ORE 10:00, indicando come oggetto la dicitura: (FASC.G 328/2024)

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) **Dichiarazione** in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.3, comma 7 della legge 13/08/2010

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

n°136, come modificato dal D.L. n°187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n°217 del 17/12/2010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

- degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
- delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
- dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.

b) **Dichiarazione** assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;

c) **Dichiarazione** del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a 60 gg data fattura;

d) **Iscrizione** presso la CCIAA per la categoria di riferimento oggetto della presente manifestazione d'interesse.

#### V- VALUTAZIONE OFFERTE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Il partner candidato dovrà inviare la propria proposta della fornitura presentando apposita documentazione (schede tecniche) sulla base delle quali si effettuerà la valutazione di competenza documentando inoltre:

- esperienza documentata nel settore in ambito sanitario;
- possesso requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio in quanto in possesso di idonee risorse umane;

Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato a mezzo scambio di lettere.

L'indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sull'esito della procedura.

L'amministrazione si riserva, pertanto, di procedere, per l'affidamento del servizio de quo, mediante criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, tramite procedura RDÓ (richiesta di offerta) da svolgere sulla piattaforma telematica Mepa.

#### VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RUP

Il trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti manifestanti l'interesse e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Titolare del trattamento è l'Azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati e nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dal d.lgs. n. 196/2003. Con la presentazione della manifestazione di interesse, il legale rappresentante pro tempore del soggetto interessato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il soggetto interessato si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche, di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Azienda, per le finalità sopra descritte.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
(D.ssa  Nicoletta Mercuri)

---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

Di seguito riportate le caratteristiche minime dei presidi con approvvigionamento annuo:

- Strumento monouso sterile per chiusura vasi fino a 7 mm di diametro, con branca attiva lungh. mm 19 circa, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, cavo integrato stelo rotante a 360°, diametro 5 mm lunghezza utile cm 36 circa.  
**PEZZI N° 24 ;**

- strumento monouso sterile per chiusura vasi fino a 7 mm di diametro, con branca attiva lungh. mm 19 circa, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, cavo integrato stelo rotante a 360°, diametro 5 mm lunghezza utile cm 20 circa.

**PEZZI N°24 ;**

- Strumento monouso sterile, impugnatura palmare, tecnologia di taglio e coagulo esclusivamente meccanica ad ultrasuoni puri, branca inerte lungh. mm 16 circa, lunghezza utile cm 9 circa

**PEZZI N° 36 ;**

- Cavi/manipoli poliuso per le forbici per gli strumenti descritti al punto C da fornire in sconto merce.

~~PEZZI N° 1~~  
PEZZI N° 1

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito **N°1 generatori** completi di ogni accessorio riutilizzabile necessario al loro impiego (carrello, pedaliera, ecc.) e di servizio di manutenzione tipo "full-risk" così articolato: visite di manutenzione preventiva e correttiva SW e HW; ogni tipo di intervento manutentivo sull'apparecchiatura dovrà essere effettuato esclusivamente da personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla casa costruttrice dei generatori; manutenzione sia preventiva che programmata, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell'apparecchiatura offerta e dei relativi accessori, secondo tutte le norme di sicurezza e funzionalità vigenti. Aggiornamento tecnologico obbligatorio durante il periodo della fornitura sia per quanto riguarda l'hardware che il software.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire corso di formazione da parte di personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori dell'A.O.R.N., relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo sia ai dispositivi consumabili che ai generatori e relativi accessori.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire assistenza post-vendita sia ai dispositivi consumabili che alle apparecchiature e relativi accessori. Si richiede relazione documentata del programma di assistenza all'utilizzo dei dispositivi ed alle apparecchiature effettuata da personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori dell'A.O.R.N., relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo sia ai dispositivi consumabili che alle apparecchiature e relativi accessori, da espletarsi anche in sala operatoria su semplice richiesta degli utilizzatori per l'intero periodo contrattuale.

I dispositivi devono permettere di effettuare contemporaneamente la dissezione, il coagulo dei vasi fino a 5 e/o 7mm di diametro e il taglio dei tessuti, utilizzando esclusivamente energia ad ultrasuoni.

La tecnologia adattarsi al tessuto per permette di lavorare in maggiore sicurezza controllando in maniera più efficace il sanguinamento e minimizzando il danno termico laterale.