

U.O.C. DI UROLOGIA  
DIRETTORE DOTT. LUIGI SALZANO

Oggetto : richiesta n. 15 kit agente volumizzante uretrale per l'incontinenza urinaria da sforzo femminile (IUS) monouso – quantità e caratteristiche :

- n. 2 aghi da 23G e lunghezza 12 cm con marcatori da 1 cm per una somministrazione precisa;
  - n. 2 siringhe da 1ml con marcatori da 0.1 ml pre-riempite con Idrogel omogeneo non particolato completamente biocompatibile, composto per il 2.5% da poliacrilammide reticolato e per il 97.5% da acqua;
  - n. 1 camicia rotante a 360°, con canale operativo per l'ago e raccordi per connessione al sistema di irrigazione.
- Ogni componente deve essere confezionato singolarmente in blister sterile monouso.
- n. 1 uretroscopio rigido a 0°, compatibile con la camicia rotante, poliuso e risterilizzabile con lunghezza operativa pari a 113 mm e un diametro esterno del tubo di inserzione pari a 2.7 mm completo di relativo cestello di sterilizzazione.