

Oggetto: richiesta acquisto bloccatori endobronchiali

Si chiede l'acquisto di n.20 bloccatori endobronchiali per la ventilazione polmonare nelle more dell'espletamento della nuova gara di dispositivi per le rianimazioni.

Ciascun catetere del calibro di 9Fr e lunghezza 70cm circa, deve essere sterile, monouso, con punta arrotondata orientabile, palloncino in silicone a basso profilo con indicazione della misura.

I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745 e s.m.i. (o dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 e s.m.i., per il periodo transitorio di entrata in vigore così come stabilito dal citato regolamento) e idonei all'uso; devono, inoltre, essere conformi ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici laddove previsti dalla F.U. vigente.