

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

UOS SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
TEL: 0824.57581/582/583 - FAX: 0824.57270
e-mail: ingegneria.clinica@aornsanpio.it

Benevento, li 08.08.2024

Alla c.a. Dott.ssa Nicoletta Mercuri
Provveditorato ed Economato
SEDE

Oggetto: Valutazione offerta per l'acquisto di n 2 Aspiratori chirurgici per ambulanze (FASC. PRIV 349/24)


In riferimento all'oggetto, si è provveduto alla valutazione dell'offerta pervenuta tramite RDO n 4548095, per l'acquisto di due Aspiratori chirurgici da installare sulle Ambulanze in dotazione all'Azienda Ospedaliera San Pio.

Dalla disamina della documentazione si riscontra che l'offerta della Società Boscarol che ha proposto un Aspiratore Modello OB3000, risulta non è conforme a una specifica tecnica indicate nella procedura RDO, l'apparecchiatura è classificata dispositivo medico di classe IIA anziché classe IIB, inoltre dalla documentazione non si evince se l'offerta prevede il collaudo e prove di funzionamento fino al pronto all'uso in loco.

La presente per il seguito della pratica.

Cordiali saluti.

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
ASSISTENTE TECNICO
Dott. Per. Ind. Cosimo Furno



AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1 - Benevento C.F. 01009760628
www.ao-sanpio.it – protocollo@pec.ao-sanpio.it

Presidio Ospedaliero “*Gaetano Rummo*”
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*”
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111