

Aspiratori medici RdO 4679578

1) richiesta chiarimento:

in merito ai requisiti minimi richiesti per gli aspiratori siamo a chiedere se siete intenzionati ad accettare offerte per dispositivi che abbiano grado di protezione IP21.

Chiediamo inoltre di poter offrire vasi pluriuso in polisulfone in alternativa a quelli in vetro borosilicato in quanto ugualmente autoclavabili.

Ringraziandovi anticipatamente per la vs disponibilità porgiamo cordiali saluti

- riscontro:

- si conferma quanto previsto in gara di minima a pena di esclusione ossia IP22

- è equivalente offrire un vaso in altro materiale nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

2) richiesta chiarimento:

con la presente per chiedere se le attività indicate nella documentazione di gara sono requisiti tassativi o se è possibile presentare offerta con la sola assistenza a distanza in quanto ci troviamo geograficamente lontani rispetto la vs sede.

- riscontro:

si conferma che le attività previste in capitolato sono requisiti di minima.