



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

LOTTO 1 - ALLEGATO_A1.1. _Requisiti minimi_EMOSTASI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STRUMENTI ANALITICI, E DI REAGENTI. ATTREZZATURE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA, PER LA DETERMINAZIONE DI TEST CHIMICO-CLINICI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'A.O.R.N. "SAN PIO" DI BENEVENTO

Di seguito si riportano le caratteristiche di minima per strumentazione, software e reagenti da possedere a pena di esclusione.

STRUMENTAZIONE		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
<i>Descrizione caratteristica</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
Tutta la strumentazione deve essere certificata come diagnostica in vitro secondo il regolamento europeo in vigore		
N. 1 COAGULOMETRO DI FASCIA A		
Strumentazione, da banco (se da banco offrire anche il banco) o da pavimento, nuova e di ultima generazione, completamente automatica, sia ad accesso random che in batch. Dotata di gruppo di continuità.		
Interfacciamento al LIS del laboratorio con oneri inclusi nell'appalto		
Dotazione di personal computer e stampanti necessarie per l'utilizzo della strumentazione offerta		
Caricamento a bordo di almeno 100 campioni nella sola area di ingresso involuppa		
Campionamento da provetta primaria chiusa		

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Cadenza analitica strumentale superiore a 250 PT/ora		
Dotato di sensore di livello per ago reagenti e campioni con controllo dei volumi		
Identificazione positiva dei campioni e reagenti mediante lettore barcode integrato		
Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche ed immunologiche		
Visualizzazione, memorizzazione e stampa di tutte le curve di reazione di formazione del coagulo quando si utilizza il canale coagulativo		
Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagenti		
Gestione statistica dei controlli di qualità mediante carte di controllo		
Possibilità di configurare sullo strumento metodiche diverse da quelle dell'azienda aggiudicataria		
Registrazione degli errori e degli eventi strumentali		
N. 1 COAGULOMETRO DI FASCIA B		
Strumentazione, da banco (se da banco offrire anche il banco) o da pavimento, completamente automatica, sia ad accesso random che in batch. Dotata di gruppo di continuità.		
Caricamento a bordo di almeno 40 campioni nella sola area di ingresso.		
Campionamento da provetta primaria chiusa.		
Cadenza analitica strumentale superiore a 100 PT/ora.		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "San'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Dotato di sensore di livello per ago reagenti e campione con controllo dei volumi		
Identificazione positiva dei campioni e reagenti mediante lettore barcode integrato.		
Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche ed immunologiche.		
Visualizzazione, memorizzazione e stampa di tutte le curve di reazione di formazione del coagulo quando si utilizza il canale coagulativo		
Esecuzione completamente automatica delle curve di "calibrazione e possibilità" di memorizzare più curve con lotti diversi di reagenti		
Gestione statistica dei controlli di qualità mediante carte di controllo		
Possibilità di configurare sullo strumento metodiche diverse da quelle dell'azienda aggiudicataria		
Registrazione degli errori e degli eventi strumentali		
N. 1 STRUMENTO PER AGGREGAZIONE PIASTRINICA		
Analisi da provetta chiusa senza nessuna manipolazione del campione		
Principio di lettura ottico turbidimetrico o sistema equivalente		
Controlli di qualità su 2 livelli		

SOFTWARE (Software per la gestione della terapia Anticoagulante Orale TAO)		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
<i>Descrizione caratteristica</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
Licenze Software per la gestione della terapia Anticoagulante Orale (TAO)		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

3

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Sistema esperto software per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale TAO. Il software deve essere predisposto per l'invio in automatico mezzo e-mail dei referti per un totale circa di 500 pazienti trattati dal centro		
Tecnologia Software WEB-BASED		
Cartella Clinica paziente		
Gestione anagrafica del paziente		
Referto personalizzabile con possibilità di richiedere esami specifici per successivo controllo		
Accesso protetto tramite password differenziata per tipologia di utenti		
Calcolo in tempo reale del Tempo Trascorso in Range (TTR) per singolo paziente e per Centro.		

REAGENTI		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
<i>Descrizione caratteristica</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
Tutti i reagenti devono essere marcati CE-IVD		
Tutti i reagenti devono essere esenti da sostanze cancerogene per la sicurezza degli operatori		
Tutti i reagenti devono essere automatizzati sulla strumentazione offerta		
Tutte le metodiche dei reagenti offerti, applicate sugli strumenti offerti, devono essere certificate mediante apposita documentazione.		
PT: tromboplastina ricombinante di origine umana		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628


Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

APTT: liquidi e pronti all'uso contenenti fosfolipidi di origine sintetica		
Fibrinogeno Clauss con trombina di origine bovina		
Antitrombina: reagenti liquidi e pronti all'uso		
Programma di controllo di qualità giornaliero completo della fornitura di plasmi su 2 livelli.		

Il Dirigente dell'U.O.C. Patologia Clinica, Dr. Maurizio Fumi

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano



**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Runino"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "San'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111