



AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
 di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
 DEA di II Livello

LOTTO 2 - ALLEGATO A.2.1. _Requisiti minimi_ BIOLOGIA MOLECOLARE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STRUMENTI ANALITICI, E DI REAGENTI. ATTREZZATURE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA, PER LA DETERMINAZIONE DI TEST CHIMICO-CLINICI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'A.O.R.N. "SAN PIO" DI BENEVENTO

Di seguito si riportano le caratteristiche di minima per strumentazione, software e reagenti da possedere a pena di esclusione.

STRUMENTAZIONE		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
<i>Descrizione caratteristica</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
Strumento completamente automatico con amplificazione in Real-Time PCR		
Estrazione degli acidi nucleici DNA e RNA, amplificazione in Real Time PCR ed analisi dei risultati in un unico strumento compatto		
Possibilità di effettuare la Real-Time PCR in multiplex grazie alla presenza di un gruppo ottico multicolore dedicato, che comprende almeno 5 differenti lunghezze d'onda, più un canale personalizzabile		
Possibilità di estrarre e/o amplificare almeno 24 campioni in completa automazione		
Interpretazione automatica dei risultati		
Reagenti, materiali di consumo e tutto necessario per una corretta esecuzione degli esami da eseguire		
Gruppo di continuità		

Il Dirigente dell'U.O.C. Patologia Clinica, Dr. Maurizio Fumi

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

AZIENDA OSPEDALIERA
 SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628