



AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
 di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
 DEA di II Livello

LOTTO 4 - ALLEGATO_A.4.1._Requisiti minimi_IMMUNOMETRIA SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STRUMENTI ANALITICI, E DI REAGENTI. ATTREZZATURE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA, PER LA DETERMINAZIONE DI TEST CHIMICO-CLINICI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'A.O.R.N. "SAN PIO" DI BENEVENTO

Di seguito si riportano le caratteristiche di minima per strumentazione, software e reagenti da possedere a pena di esclusione.

STRUMENTAZIONE		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
<i>Descrizione caratteristica</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO		
Strumentazione da banco		
Caricamento continuo di campioni e reagenti		
Segnale in Chemiluminescenza		
Autodiluzioni		
Interfacciabile tramite rete o porta seriale		
Software di gestione in ambiente Windows		
Confezionamento minimo da 50 test		
Calibratori e controlli all'interno del kit		
Il sistema deve accessoriato/integrato con workstation completa di monitor, tastiera, mouse e ogni accessorio necessario per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, con caratteristiche tecniche e sistema operativo tali da supportare il sistema gestionale in uso presso il laboratorio e n. 1 stampante dedicata monocromatica, comprensiva di materiale di consumo (toner o cartuccia)		
Gruppo di continuità a servizio della strumentazione e periferiche richieste		
Interfacciamento con il LIS aziendale		
REAGENTI		
Certificazione CE-IVD o successivi		

Il Dirigente dell'U.O.C. Patologia Clinica, Dr. Maurizio Fumi

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO
 Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628