


AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO  
BENEVENTO

**AZIENDA OSPEDALIERA  
"SAN PIO" - BENEVENTO**  
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello

**IL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione n. 971 del 23-10-2024

<p><b>PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Dichiarazione di conformità del trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.</p> <p>Premesso che il regolamento UE 2016/679 e il D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii. Contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il-mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge.</p> <p>(dr.ssa Maria Nicoletta Mercuri)</p>	<p><b>OGGETTO:MODIFICA "ALLEGATO AI REQUISITI MINIMI" - DELIBERA N.770/2024:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE PER N°19 SISTEMI DI EMOGASANALISI CON LA FORNITURA DI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UU. OO. DELL'A. O. R. N. "SAN PIO" DI BENEVENTO.</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE:</b></p> <p>il presente atto trova copertura sui conto/i economico/i: n. del Bilancio (anno) n. del Bilancio (anno) n. del Bilancio (anno)</p> <p>In presenza di fattura di importo superiore a € 5.000,00, prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Risorse Economiche effettuerà il controllo tramite l'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Il Direttore U.O.C. Risorse Economiche</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il Presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo</p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>dr.ssa MARIA MORGANTE</b></p> 

## PROPOSTA DI DELIBERA

**Oggetto: MODIFICA “ALLEGATO A1 REQUISITI MINIMI” – DELIBERA N.770/2024:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE PER N°19 SISTEMI DI EMOGASANALISI CON LA FORNITURA DI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UU. OO. DELL’A. O. R. N. “SAN PIO” DI BENEVENTO.**

La Dott. ssa M. Nicoletta Mercuri in qualità di Direttore della U. O. C. Provveditorato ed Economato

### PREMESSO

**che** con delibera n.770 del 08/08/2024 è stata indetta una gara europea con il sistema della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, da espletare sulla piattaforma piattaforma SIAPS “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità”, raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa S.p.A., per l’affidamento DI NOLEGGIO QUINQUENNALE PER N°19 SISTEMI EMOGASANALISI CON LA FORNITURA DI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UU. OO. DELL’A.O. R. N. “SAN PIO”;

**che** con la citata delibera è stata approvata la sotto elencata documentazione, che stabilisce le condizioni della gara e della fornitura, al fine di espletare sulla piattaforma SIAPS “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità”, raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa S.p.A., una gara europea a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Offerta Tecnica:tot. Punti 70, Prezzo offerto:tot.Punti30), in conformità a tutto quanto regolamentato nel succitato Capitolato Speciale ed allegati:

Allegato A – Capitolato speciale, All.A1-Requisiti minimi, All.A2-fabbisogni, All.2 parametri di punteggio, All. B Metodologia per valutazione, All. C- DUVRI preliminare, All. D - Bando di gara, All. E- Disciplinare di gara, All. F- Modello di garanzia, All. G –Schema di domanda di partecipazione, All. H- Bozza schema di contratto, All. I –Protocollo di intesa tra la Stazione Appaltante e la Prefettura di Benevento, All. L-Modello dichiarazione accettazione Protocollo d’intesa. Allegato M- Modello offerta economica;

**che** con prot. n.2024/0021478/GEN/APE, il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica ha ritrasmeso l’allegato “A 1 Requisiti minimi”, specificando che due requisiti minimi sono stati modificati qualificando maggiormente le specifiche tecniche richieste a pena di esclusione nell’ottica di migliorare la chiarezza espositiva e favorire la massima partecipazione all’iniziativa di gara in presenza di un mercato composto da un numero limitato di operatori potenziali;

### RITENUTO

**di approvare la modifica** all’ allegato “A 1 Requisiti minimi” trasmesso con nota prot. 2024/0021478/GEN/APE dal Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica in sostituzione dell’ ”All. A 1 Requisiti minimi” precedentemente approvato con la delibera n.770/2024, in particolare:

Requisito minimo come da deliberazione 770/2024	Requisito minimo modificato
Stabilità dei reagenti per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 25 giorni	Stabilità dei reagenti relativi ai test diagnostici per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 20 giorni (pertanto con esclusione delle cartucce dei calibratori)
Presenza della batteria integrata nei dispositivi a garanzia della flessibilità operativa	Presenza della batteria nei dispositivi (oppure fornitura di gruppo di continuità a corredo dell’apparecchio) a garanzia della flessibilità operativa

**DICHIARATA**, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta e le condizioni di ammissibilità, finalizzate all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

**DICHIARATA** l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012 e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

### DATO ATTO CHE

tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l’U.O.C. proponente;

**DICHIARATO** che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena compatibilità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Direttore

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**


l'adozione del presente provvedimento, e nello specifico, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per trascritti e confermati:

**di approvare la modifica** all' allegato "A 1 Requisiti minimi" trasmesso con nota prot. 2024/0021478/GEN/APE dal Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica in sostituzione dell' "All. A 1 Requisiti minimi" precedentemente approvato con la delibera n.770/2024, in particolare:


Requisito minimo come da deliberazione 770/2024	Requisito minimo modificato
Stabilità dei reagenti per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 25 giorni	Stabilità dei reagenti relativi ai test diagnostici per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 20 giorni (pertanto con esclusione delle cartucce dei calibratori)
Presenza della batteria integrata nei dispositivi a garanzia della flessibilità operativa	Presenza della batteria nei dispositivi (oppure fornitura di gruppo di continuità a corredo dell'apparecchio) a garanzia della flessibilità operativa

**di trasmettere**, mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale, come per legge, all'U.O.C. Proponente, per i successivi adempimenti di competenza, nonché all'U.O.S. Ingegneria Clinica.

L'estensore dell'atto  
Coll.re Amm.vo U.O.C. P.E.  
Sig.ra Giovanna De Marco



**IL DIRETTORE**  
U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Maria Morgante

dell'A.O.R.N. "San Pio", nominato con D.G.R.C. n. 331 del 21.06.2022, immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 108 del 04.08.2022 ed immesso in servizio con Delibera n. 416 del 09.08.2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Daniela Capone, e dal Direttore Sanitario, Dott. Roberto Alfano, ha adottato la seguente delibera:

**Vista**

la su esposta proposta del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato avente ad oggetto:

**MODIFICA "ALLEGATO A1 REQUISITI MINIMI" – DELIBERA N.770/2024:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE PER N°19 SISTEMI DI EMOGASANALISI CON LA FORNITURA DI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UU. OO. DELL'A. O. R. N. "SAN PIO" DI BENEVENTO.**

**Preso atto**

- dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dal Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato a seguito della istruttoria dallo stesso effettuata e come dallo stesso attestato ed articolato;
- di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;

**Ritenuto di prendere atto**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato e sulla scorta ed in conformità della stessa;

**Con il parere favorevole reso**, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott.ssa Daniela Capone**

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott. Roberto Alfano**

**DELIBERA**

**Di prendere atto**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore dell'UOC Provveditorato/Economato e sulla scorta ed in conformità della stessa:

**di approvare la modifica** all' allegato "A 1 Requisiti minimi" trasmesso con nota prot. 2024/0021478/GEN/APE dal Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica in sostituzione dell' "All. A 1 Requisiti minimi" precedentemente approvato con la delibera n.770/2024, in particolare:

Requisito minimo come da deliberazione 770/2024	Requisito minimo modificato
Stabilità dei reagenti per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 25 giorni	Stabilità dei reagenti relativi ai test diagnostici per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 20 giorni (pertanto con esclusione delle cartucce dei calibratori)
Presenza della batteria integrata nei dispositivi a garanzia della flessibilità operativa	Presenza della batteria nei dispositivi (oppure fornitura di gruppo di continuità a corredo dell'apparecchio) a garanzia della flessibilità operativa

**di trasmettere**, mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale, come per legge, all'U.O.C. Proponente, per i successivi adempimenti di competenza, nonché all'U.O.S. Ingegneria Clinica.

**Il Direttore Generale**  
**Dott.ssa Maria Morgante**

