

Al Rup
Dott.ssa Concetta inglese
ai Componenti CT
Dr. Vincenzo Boniello
Dr. Pietro Crocco
al Segretario CT
Dott.ssa Claudia Casazza

Rif. Farmacia 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE

Si invia in allegato VERBALE CONCLUSIVO della COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2 del 15/10/2024
per il seguito di competenza.

Si comunica che sono stati inseriti i punteggi in Piattaforma Soresa e si convoca la CT per il giorno 25/10/2024
alle ore 9.00 presso la UO Farmacia per l'apertura delle offerte economiche

Cordiali saluti

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Emilia M. Bizzarro



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE (+ 6 MESI DI PROROGA TECNICA) DI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE

VERBALE N. 2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 9.40 si riunisce presso la UOC Farmacia dell'A.O. San Pio in Via dell'Angelo n. 1 di Benevento, la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche della PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE (+ 6 MESI DI PROROGA TECNICA) DI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE ENTERALE

Sono presenti

Presidente: dott.ssa Emilia Maria BIZZARRO

Componente: dr. Vincenzo BONIELLO

Componente: dr. Pietro CROCCO

Il lotto 1 e il lotto 2 sono andati deserti.

Si procede a visionare e a valutare la documentazione presentata dalle 9 ditte ammesse per il lotto n.3 e il lotto n.4.

In prima istanza si verifica la corrispondenza tra la documentazione presentata e quanto richiesto come requisiti minimi nel Capitolato.

In seguito, per ogni offerta, si valutano le schede tecniche e la relativa campionatura presentata dalle singole ditte.

Dopo ampio confronto si passa all'assegnazione dei punteggi e si compilano le schede di valutazione dei lotti n.3 e n.4 che si allegano al presente verbale.

Per il lotto n. 4 risultano non conformi le offerte delle ditte: MEDICAL LUME, INNOVAMEDICA, DANONE NUTRICIA E CAIR per le motivazioni esplicitate nella scheda lotto n.4.

I lavori descritti nel presente verbale si concludono alle ore 11.30

Il presente verbale consta di n. tre pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

PRESIDENTE: DOTT.SSA EMILIA MARIA BIZZARRO

COMPONENTE: DR. VINCENZO BONIELLO

COMPONENTE: DR. PIETRO CROCCO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

GARA FORNITURA DIM PER NE

				SONDA NASO-ENTERICA A LUNGA PERMANENZA PER SOMMI MISCELE PER NE CON ATTACCO ENFIT, CALIBRO DA 10FA 14F, LUNGHEZZA CIRCA 120CM	
LOTTO n. 4		DESCRIZIONE		Requisiti minimi: monouso, sterili, apirogeni, latex free, privi ftalati, di materiale radiopaco con estremità distale smussata . Provviste di scala graduata lungo tutta la lunghezza della sonda, fori laterali in posizione alternata, dotati di mandrino metallico premontato. Parte prossimale dotata di raccordo a Y ENFit con relativi tappini di chiusura.	
PUNTEGGIO max	30	20	20	PUNTTOT. MAX 70	
DESCRIZIONE PARAMETRI	MALLEABILITA' DELLA SONDA	INTERVALLO DI CENTIMETRATURA	TENUTA DI CONNESSIONE		
DITTE					
MEDICAL LUME	//	//	//	Non Conforme	Il sondino NON presenta il mandrino
INNOVA MEDICAL	//	//	//	Non Conforme	Parte prossimale NON è dotata di raccordo a Y
DANONE NUTRICA	//	//	//	Non Conforme	Parte prossimale NON è dotata di raccordo a Y
FRESENIUS KABI	30	20	20		70
CAIR	//	//	//	Non Conforme	Parte prossimale NON è dotata di raccordo a Y
AMG MEDICAL	20	18	18		56
CARDINAL HEALTH	16	15	15		46

