



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

ALLEGATO A: Requisiti minimi

Procedura per la fornitura "chiavi in mano" di un tavolo operatorio autoptico per la Sala morgue al P.O. Rummo dell'A.O. San Pio di Benevento

STRUMENTAZIONE		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
Descrizione caratteristica	Requisito posseduto	Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito
TAVOLO AUTOPTICO		
Tavolo autoptico di tipo aspirato ed elevabile		
Dimensioni del tavolo LxPxH - 280x80x80-105 cm con una variabilità consentita di ± 5 cm		
Attuatore per il sollevamento di tipo lineare da circa cm 80 a circa cm 105, con attivazione a comando in Bassa Tensione		
Struttura del tavolo in acciaio inox AISI 304 o equivalente		
Piano poggia salma con almeno settori rimovibili asolati non inferiore in numero a 5		
n. 1 Lavello integrato con miscelatore a doccetta estraibili laterale al piano di lavoro		
Almeno n. 2 vasche integrate di raccolta liquami cadaverici		
Sistema di lavaggio e tritatore integrato		
Sistema di aspirazione down-flow su tutta la superficie dell'appoggi salma		
La tipologia di aspirazione deve essere a filtri con carboni attivi e filtro HEPA con possibilità di ricircolo e espulsione aria filtrata		
Motore di aspirazione integrato al plenum dei filtri		
Sistema di controllo per l'intasamento dei		

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

filtri con l'ausilio di pressostato ed allarme di tipo ottico sonoro o sistemi equivalenti		
Variabilità nella potenza di aspirazione		
Inserimento ore funzionamento per programmazione manutenzione di cambio filtri (con allarme a scadenza)		
Cannula inox per l'aspiratore liquidi cadaverici		
Conformità alle normative: <ul style="list-style-type: none"> • CE,73/23; • CEE 89/336; • CEE-CEI EN 61010 ss.mm.ii 		
Opzionale non obbligatorio: tavolino di riduzione organi con poggiatesta inox di dimensioni circa LxPxH 50x50x20 cm (da quotare a parte nella offerta economica)		

Il Direttore DMP, Dott. Pasquale Di Guida

Pasquale Di Guida
IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO
(Dr. Pasquale DI GUIDA)

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

Jen

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

2

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1- 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111