

Oggetto: RdO Me.Pa. 4685945 – procedura per la fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio e n. 8 monitor multiparametrici.

Si riporta per opportuna conoscenza degli Operatori Economici interessati il contenuto di una richiesta di chiarimento in merito alla RdO in oggetto e la relativa risposta della struttura competente.

Richiesta chiarimento:

- Se per ogni monitor si richiede un sistema di fissaggio a mensola, a parete e carrellato oppure si intende che il Monitor debba essere fornito con uno di questi sistemi in base alle esigenze del reparto
- Si richiede se il numero minimo di pressioni invasive da rilevare debba essere 2 oppure 3.

Chiarimento:

si conferma che nella fornitura è ricompreso:

punto 1) N.1 carrello da trasporto per ogni monitor previsto in gara;
la sola predisposizione del sistema di ancoraggio a parete (ossia la possibilità di essere ancorato a parete) senza la fornitura del relativo sistema di ancoraggio;
la predisposizione di poter essere alloggiato su un piano tipo pensile

punto 2) le pressioni invasive da fornire sono due.