

Oggetto: RdO 4821431 – monitor multiparametrici da trasporto

Richiesta chiarimento

Si chiede di specificare :

- se oltre ai cavi Ecg a 3 e 5 derivazioni si debba prevedere la fornitura di un cavo per ogni monitor per monitorizzare le 12 derivazioni.
- se la richiesta di temperatura (due sedi) sia riferita alla possibilità di rilevare la temperatura in modo periferico (skin) e centrale

Riscontro

si conferma che la dotazione minima di cavi poliuso si riferisce per singolo monitor pertanto anche il cavo ECG a 12 derivazione deve essere offerto per singolo monitor.

Si conferma altresì che per due sedi di temperatura si deve intendere due linee di campionamento separato