

RELAZIONE CONFORMITA' n1. DEL 31/10/2024

SEDUTA RISERVATA
VALUTAZIONE TECNICA

ACQUISTO DI UN MICROSCOPIO DIAGNOSTICO CON PIANTANA - FASC. PRIV 467/24
Numero RDO MePA 4738262 DEL 16/10/2024

Premesso che:

- in data 16/10/2024 è stata istruita la trattativa MePA n. 4738262;
- in data 31/10/2024 è stato inoltrato da parte del Provveditorato la richiesta di valutazione tecnica per la documentazione inoltrata dall'unico Operatore Economico Inventis srl;

Dalla disamina della documentazione tecnica ovvero “*Caratteristiche Tecniche*”, emerge il possesso dei requisiti minimi espressi nell'allegato al CSA e riportati di seguito in sintesi:

A cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del concorrente	
<i>Descrizione caratteristica minima che il dispositivo deve possedere</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
• Tubi binoculari	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Tubo di osservazione diritta 90 °, lunghezza 50-75 mm	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Oculari WF 10x/18 con protezione per gli oculari, regolazione diottrica +- mm con possibilità di blocco	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Ingrandimento da 0.4X, a 2.5X	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Obiettivo fuoco f=250 MM, aggiustamento fine manuale	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Sorgente luminosa: LED 50W integrata	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Filtri integrati: Verde e Giallo	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Movimento verticale del braccio	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Supporto microscopio	SI	PAG. 1 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
• Montaggio con piantana;	SI	PAG. 1 SCHEDA TECNICA
• Adattatore per accoppiatore ottico endoscopico per microscopio in dotazione anche telecamera Full HD medicale	SI	PAG. 1 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
• Scheda videoregistrazione HD con possibilità di salvataggio Full HD in una memoria SD	SI	PAG. 1 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

La documentazione tecnica prodotta dall'Operatore Economico Inventis srl, risulta pertanto **CONFORME** a quanto richiesto in gara.

Si rammenta di controllare nella Offerta Economica la presenza delle voci:

- Supporto microscopio
- Adattatore per accoppiatore ottico endoscopico per microscopio in dotazione anche telecamera Full HD medicale
- Scheda videoregistrazione HD con possibilità di salvataggio Full HD in una memoria SD.

La presente per quanto di competenza.

Del che verbale composto da n. 1 pagine da n. 2 facciata.

Collaboratore Tecnico Professionale – UOS Ingegneria Clinica

Ing. Margherita di Gruttola



**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111